

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау Басқармасының «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМҚК медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу бойынша тендердің қорытындысы туралы  
**№6 хабарландыру бойынша №3 хаттама**

17 маусым 2019 ж.

Қостанай қ.

Тендерлік комиссия келесі құрамда:

- Қузембаев М.С. – бас дәрігердің м.а., тендерлік комиссияның төрағасы;  
 Чижков А.Г. – бас дәрігердің емдеу жұмысы жөніндегі орынбасарының м.а., тендерлік комиссия төрағасының орынбасары;  
 Валиева И.Е. – бас бухгалтер, тендерлік комиссияның мүшесі;  
 Картбаева А.А. – диагностикалық зертхананың меңгерушісінің м.а., тендерлік комиссияның мүшесі;  
 Нурмагамбетова Г.У. – заңгер-кеңесші, тендерлік комиссияның мүшесі;  
 Воронкова Ж.Д. – бухгалтер, тендерлік комиссияның хатшысы.

**Тапсырыс берушімен тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жоқ.**

Лоттар бойынша медициналық мақсаттағы сатып алынатын бұйымдардың атауы, бірлік үшін бағасы және сомасы:

Лот №	Атауы	Бірлік үшін бағасы	Сомасы, теңге
1	С гепатиті вирусына антиденелерді сапалы анықтау үшін арналған иммуноферменттік тест-жүйе.	176 780	707 120
2	Treponema Pallidum жиынтық антиденелерді растау және анықтау үшін тест –жүйе. 96 анықт.	81 500	1 304 000
3	Адамның иммун тапшылығы вирусынан және жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан сақтанудың жеке бір реттік құралы	49	1 494 500
4	Көлемі 10 мл, 21-23G, инесі бар үш компонентті бір жолғы колдану үшін инъекциялық шприці	18	198 000
5	Гибридизациялық-флуоресцентті детекциясы бар полимераздық тізбектік реакциямен клиникалық материалда адамның иммун тапшылығы вирусының 1 типті (АИТВ-1) РНҚ-н сандық анықтау үшін реагенттер жинағы (48 анықт.)	320 000	2 240 000

**Сатып алу үшін бөлінген жалпы сома 5 943 620,00 теңге.**

**Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді келесі әлеуетті өнім берушілер ұсынды:**

- 1) «LabTest Diagnostics» ЖШС, Алматы қ., Земнухов көш., 19а
- 2) «FORTIS PAI» ЖШС Алматы қ., Жамбыл көш., 175, 29 пәтер
- 3) «Локал Фарм» ЖШС Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғылы 31/2, ВП-32, 11 қабат
- 4) «VELD» ҒӨҚ ЖШС, Алматы қ., Сейфуллин даңғылы, 410 үй

**Тендерлік құжаттамаға сәйкес атауы, қысқаша сипаттамасы, бірлік үшін бағасы және сомасы:**

- 1) «LabTest Diagnostics» ЖШС

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Цена тенге	Сумма (тенге)
3	Адамның иммун тапшылығы вирусынан және жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан сақтанудың жеке бір реттік құралы	Табиғи латекстен жасалған, жинақтаушысы бар су негіздегі майлауымен адамның иммун тапшылығы вирусынан және жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан сақтанудың жеке бір реттік құралы. Ерекшелігі: Материал: табиғи латекс. Формасы: стандартты. Фактурасы: тегіс (текстурасыз). Түсі: мөлдір (түссіз). Иісі: хош иіссіз (иісі жоқ). Өлшемдері: сақина ені - 53±2мм, ұзындығы - 180мм±2мм, қабат жуандығы - 0,08±0.015мм. Жинақтаушы – шәуіт қабылдағыш: анық көрсетілген. Жеке қаптамада «Тегін» штампы орыс және казак тілдерінде бар болуы. Жазуы өндірістік құралдың көмегімен өндіруші зауытпен фольгада жазылуы тиіс, жазу кезінде өзі желімденетін материалдар мен жапсырмаларды пайдалануға болмайды. Жырту сызығы немесе тістері (қаптау кезінде лентада) – анық көрсетілген, бұл қасындағы презервативтің қаптамасын зақымдап алмау үшін оңай алып тастау	49	1 494 500

*(Handwritten signatures and stamps)*

		және қаптаманы ашу үшін. Тауарға тіркеу куәлігі және сәйкестік сертификаты Қазақстан Республикасында бекітілген. Жарамдылық мерзімі 3 жылдан кем емес (жеткізу кезіндегі жарамдылық мерзімі дайындаушы зауыттың жарамдылық мерзімінен 80% кем емес). Тендерлік комиссияның бағалауы үшін 2 данасын міндетті түрде ұсыну.		
--	--	--	--	--

2) «FORTIS PAI» ЖШС

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Цена тенге	Сумма (тенге)
3	Табиғи латекстен жасалған тегіс, майлауы бар презервативі "Venus#144"	Табиғи латекстен жасалған, жинақтаушысы бар су негіздегі майлауымен адамның иммун тапшылығы вирусынан және жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан сақтанудың жеке бір реттік құралы. Ерекшелігі: Материал: табиғи латекс. Формасы: стандартты. Фактурасы: тегіс (текстурасыз). Түсі: мөлдір (түссіз). Иісі: хош иіссіз (иісі жоқ). Өлшемдері: сақина ені - 53±2мм, ұзындығы - 180мм±2мм, қабат жуандығы - 0,08±0.015мм. Жинақтаушы – шәуіт қабылдағыш: анық көрсетілген. Жеке қаптамада «Тегін» штампы орыс және қазақ тілдерінде бар болуы. Жазуы өндірістік құралдың көмегімен өндіруші зауытпен фольгада жазылуы тиіс, жазу кезінде өзі желімденетін материалдар мен жапсырмаларды пайдалануға болмайды. Жырты сызығы немесе тістері (қаптау кезінде лентада) – анық көрсетілген, бұл қасындағы презервативтің қаптамасын зақымдап алмау үшін оңай алып тастау және қаптаманы ашу үшін. Тауарға тіркеу куәлігі және сәйкестік сертификаты Қазақстан Республикасында бекітілген. Жарамдылық мерзімі 3 жылдан кем емес (жеткізу кезіндегі жарамдылық мерзімі дайындаушы зауыттың жарамдылық мерзімінен 80% кем емес). Тендерлік комиссияның бағалауы үшін 2 данасын міндетті түрде ұсыну.	48	1 464 000

3) «Локал Фарм» ЖШС

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Цена тенге	Сумма (тенге)
2	Адамның сарысуында, плазмасында және жаңа алынған қанында Треропетараллидум сифилис коздырғышының антигеніне антиденелерді анықтау үшін иммунохроматографиялық экспресс-тест «AlereDetermineSyphilis TP» реагенттер жинағы №100	Тесттің тағайындалымы: адамның сарысуында, плазмасында, жаңа алынған қанында Треропетараллидум сифилис коздырғышының антигеніне антиденелерді анықтау үшін №100. Әдіс принципі: иммунохроматографиялық, коллоидті селені бар конъюгатты пайдалана отырып. Анықталатын көрсеткіш: Бір тест-жолақта: Треропетараллидум антиденелер. Жинақ форматы: 10 жолақтан тест-картаға біріктірілген қорғаныс фольгаға салынған тест-жолақтар, 10 талдауға дейін бір уақытта жасау мүмкіндігі бар. Жеке талдауды жасау үшін тест-картадан жеке тест-жолақтарды бөлу мүмкіндігі бар. Жинақта тесттердің саны – 100-ден кем емес. Буферді немесе басқа да реактивтерді пайдаланусыз бір кезеңде зерттеуді жүргізу (плазма мен сарысуды пайдаланған кезде). Бір сатылы экспресс-тесттің болуы. Тесттің өткізу уақыты 15 минуттан артық емес. Нәтижесін есептеу мүмкіншілігі 30 минуттан кем емес. Үлгінің көлемі 50 мкл артық емес. Аналитикалық сезімталдығы 2 МЕ/мл р24 Ag кем емес. Сезімталдығы 95,16% кем емес. Ерекшелігі - 99,95%. Әр тест үшін талдау процедурасын өткізу тәртібін ішкі бақылау. Қаптамаға: 100 дана тест, Чейз буфер 2 қаптамасы кіреді.	81 500	1 304 000

4) «VELD» ҒӨФ ЖШС

Лот №	Атауы	Техникалық ерекшелігі	Бағасы тенге	Сомасы (тенге)

*(Handwritten signatures and marks)*

5	Гибридизациялық-флуоресцентті детекциясы бар полимеразды тізбектік реакция әдісімен клиникалық материалда адамның иммун тапшылығы вирусының I типтегі (АИТВ-1) РНҚ-н сандық анықтау үшін реагенттер жинағы. (АмплиСенс АИТВ-Монитор-FRT) (48 анықт.)	Қан плазмасында АИТВ-1 РНҚ анықтауға және сандық анықтауға арналған, перифериялық қан плазмасынан РНҚ анықтауды қоса алғанда, РНҚ транскрипциясының, ДНҚ-на ПТР-амплификациясын және «нақты уақыт» режимінде ПТР-амплификациясы өнімдерінің детекциясының кері реакциясын өткізу. Нуклеин қышқылдарын анықтауды бастай отырып, ПТР талдаудың барлық кезеңдерінде ішкі бақылауды қолдану мүмкіндігі. Клиникалық материалдан РНҚ-ны анықтауға арналған реагенттер жинағының болуы. Силикагельдегі немесе тұнбадағы сорбцияны қолдану мүмкіндігі. Жинақтың барлық компоненттері пайдалануға дайын және жөндеуді қажет етпейді. Лизис ерітіндінің болуы, жуу, сорбент үшін кем дегенде 3 ерітінді, элюция үшін буфер. ДНҚ-ға РНҚ-ның және ПТР-амплификациясының кері транскрипциясы реакциясын өткізуге арналған реагенттер жинағының болуы. ДТТ лиофилизирленген, ТМ-Ревертаның бар болуы. КТ-ПТР қоспа-1 түтіктерге тамызылмауы тиіс. Ыстық стартты ұйымдастыру үшін TaqF- полимеразының болуы. ДНҚ калибраторлар жинағының болуы. ОБУ- кем дегенде 2, ІБҮ, ТБҮ анықтау кезеңінің бақылау үлгілерінің жинағының болуы. Дайын ПТР-қоспасы тест-жүйенің жарамдылық мерзіміне тең жарамдылық мерзімі болуы керек. Тесттердің саны 48-ден кем болмауы тиіс. Қалдықты сақтау мерзімі 10 айдан кем болмауы керек. ІБҮ талдауы үшін FAM белгісі пайдаланылады, нысаналы мақсат үшін JOE белгісі қолданылады. Тест –жүйе ІБҮ-ге АИТВ РНҚ санын қалыпқа келтіру үшін дискідегі есептеу бағдарламасын қамтиды.	319 400	2 235 800
---	--	--	---------	-----------

Тендердің қорытындысын жүргізген кезде тендерлік комиссия «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы...» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысына өзгерістер енгізу туралы» ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 08 қарашадағы №719 Қаулысын (бұдан әрі -Қағида), сонымен қатар ҚОӘДСБ «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМҚК-ның бекітілген Тендерлік құжаттамасымен басшылық етті.

**Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерін қабылдамау негіздемелері және сәйкес келуі:**

- 1) «LabTest Diagnostics» ЖШС - Қағиданың 3 және 4 тарауының және тендерлік құжаттаманың біліктілік талабына сәйкес келеді. **№3 лот** – ұсынылып отырған тауардың техникалық ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген ерекшелікке сәйкес келеді.
- 2) «FORTIS PA1» ЖШС - Қағиданың 3 және 4 тарауының және тендерлік құжаттаманың біліктілік талабына сәйкес келеді. **№3 лот** – ұсынылып отырған тауардың техникалық ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген ерекшелікке сәйкес келеді.
- 3) «Локал Фарм» ЖШС - Қағиданың 3 және 4 тарауының және тендерлік құжаттаманың біліктілік талабына сәйкес келеді. **№2 лот** – Қағиданың 81 тармақтың 12) тармақшасының негізінде тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді, яғни ұсынылып отырған техникалық ерекшелік тендерлік құжаттаманың талабына сәйкес келмейді. **№2 лотта** «Биоүлгі - капиллярлы қанның құрғақ тамшысы ретінде пайдалануға бейімделген *Treponema Pallidum* жиынтық антиденеледі анықтау және растау үшін тест -жүйе» деп көрсетілмеген. Сонымен қатар талдауда TrpN15, TrpN17 және TrpN47 рекомбинантты белгіленген немесе белгіленбеген ақуыздарды пайдалану болып табылады.
- 4) «VELD» ҒӨҚ ЖШС – Қағиданың 4 тарауының және тендерлік құжаттаманың біліктілік талабына сәйкес келмейді. **№5 лот** - ұсынылып отырған тауардың техникалық ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген ерекшелікке сәйкес келеді.

**Тендерлік комиссияның шешімі:**

**№3 лот бойынша - Тендерлік комиссия тендер өткізілді деп таныды.**


Күнтізбелік бес жұмыс күн ішінде тендер қорытындысын жүргізген күннен бастап, әлеуетті өнім берушіге қол қойылған сатып алу шартын жолдасын: **№3 лот** - «FORTIS PA1» ЖШС жалпы сомасы 1 464 000,00 (бір миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге 00 тиын.

№1, №2, №4 және №5 лоттар бойынша Тендерлік комиссия Қағиданың 84 тармағының 1), 3) тармақшасына сәйкес тендер өткізілмеді деп таныды (тендерлік өтінім ұсынылмаса, егер бірде бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе).


Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу жөніндегі тендердің қорытындысы туралы хаттама сатып алу ұйымдастырушының интернет –ресурсына орналастырылсын.

Сарапшылар қатыстырылмады.  
«ҚАРСЫ ЕМЕС» - 5 (бес) дауыс  
«ҚАРСЫ» - 0 дауыс  
«ДАУЫС БЕРГЕН ЖОҚ» - 0 дауыс.


Тендерлік комиссияның төрағасы:


 Кузембаев М.С.


Тендерлік комиссия төрағасының орынбасары:

 Чижков А.Г.


Тендерлік комиссияның мүшелері:

 Валиева И.Е.

 Картбаева А.А.

 Нурмагамбетова Г.У.

Тендерлік комиссияның хатшысы:

 Воронкова Ж.Д.



