

№ 8 хабарландыру бойынша №3 хаттама

Қостанай облысы әкімдігiден саулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ЖИТС-тыңалдыналу және оған қарсы күрес жөнiндегi орталығы" КМК медициналық бұйымдарды сатыпалу бойынша тендердiң қорытындылары туралы.

Қостанай қ.

2023 жыл 7 наурыз

Тендерлік комиссия келесі құрамда:

Шевырева М. В. – бас дәрігердің орынбасары, тендерлік комиссияның төрағасы; Қойшыманов Т. Т. – биоқауіпсіздік жөнiндегi маман, тендерлік комиссияның мүшесі; Жарасбаев Р. Ж. - заң кеңесшісі, тендерлік комиссияның мүшесі; Ж.Д. Воронкова – бухгалтер.

Тапсырыс беруші тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізбеген.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсіміне әлеуетті өнім берушілердің өкілдері қатысқан жоқ.

Лоттар бойынша сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы, бірлік бағасы және сомасы:

Лот №	Атауы	Бірлік үшін бағасы	Сомма, теңге
1	96 анықтауға арналған иммуноферменттік талдау үшін адамның қан сарысуында немесе плазмасында HBs антигенін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы.	10	1750000
2	96 анықтауға арналған иммуноферменттік талдау әдісімен адамның қан сарысуында немесе плазмасында С гепатиті вирусының антиденелері мен антигенін анти-ВГС бір мезгілде анықтауға арналған реагенттер жиынтығы.	10	1200000
3	Реагенттердің жинағы үшін иммуноферменттік анықтау С гепатиті вирусына G және M класты иммуноглобулиндер, 96 анықтамаға талдау	20	676560
4	Адамның сарысуындағы, плазмасындағы С гепатиті вирусына G және M иммуноглобулиндерін анықтауға арналған ИФА Тест-жүйесі, екі сатылы пұсқа, 96 анықтама	20	676560

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді келесі әлеуетті жеткізушілер ұсынды:

№	Өнім берушінің атауы, мекенжайы	Өтінімді беру күні және уақыты
1	"Витена" ЖШС, Алматы қ., Исаев к-сі, 159. БСН 080340019868	28.02.2023 жыл 14 сағат 50 мин
2	"Альфа-Медикал" ЖШС, Қостанай қ., Краснопартизанская к-сі, 73а, БСН 060440003504	03.03.2023 жыл 10 сағат 05 мин

Әлеуетті жеткізушілер ұсынған баға ұсыныстары және тендерлік өтінімдерді салыстыру:

№	ММБ техникалық ерекшелігі	саны	Лот бойынша жалпы сомма	Берілге тапсырыс саны	Жалпы сомасы лот бойынша	Өнім берушінің атауы
1	Микропланшеттік форматта адамның қан сарысуында немесе плазмасында HBs антигенін анықтауға арналған диагностикалық in vitro тест-жүйесі (96 тестке 1 микропланшет, 8 ойықшадан стриптелген). Сезімталдығы 60 пг/мл-ден кем. Донорлық контингенттегі ерекшелігі 99,9%-дан төмен емес. Зерттелетін үлгінің көлемі, 100 мкл артық емес. Инкубацияның жиынтық уақыты 2 сағаттан аспайды. Реагенттерді түсті кодтау. Жиынтықтың құрамы: стриптелген микропланшеттер-1x96	10	1750000	2	1 660 000	"Витена" ЖШС
					178 810	"Альфа-Медикал" ЖШС

Handwritten signatures

	<p>дана; концентрацияланған жуу ерітіндісі - 1x70 мл; теріс бақылау - 2x2,5 мл; оң бақылау - 1x2,5 мл; конъюгатты сұйылтауға арналған ерітінді - 1x8 мл; конъюгат - 1x8 мл; субстратты буферлік ерітінді 1x60 мл; хромоген - 2x5мл; стоп-реагент - 1x28 мл. Дайын реагенттердің жарамдылық мерзімі: дайындалған конъюгат 2-8°C температура кезінде 4 аптадан кем емес; дайындалған субстрат ерітіндісі 18-30°C температура кезінде 6 сағаттан кем емес. Жеткізу сәтіндегі реагенттердің жарамдылық мерзімі: 9 айдан кем емес. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың бар болуы. Қазақстан Республикасында тіркеудің бар болуы</p>					
2	<p>Микропланшеттік форматта адамның қан сарысуында немесе плазмасында ВІС антиденелер мен антигенді анықтауға арналған диагностикалық in vitro тест-жүйесі (96 тестке 1 микропланшет, 8 ойықшадан стриптелген). Диагностикалық сезімталдығы 100%-дан кем. Диагностикалық ерекшелігі 99,9%-дан төмен емес. Зерттелетін үлгінің көлемі, 50 мкл артық емес. Реакция уақыты - инкубацияның жалпы уақытының 2,5 сағатынан аспайды. №1 және №2 конъюгаттар қолдануға дайын болуы тиіс. Жиынтықтың құрамы: стриптелген микропланшеттер-1x96 дана; концентрацияланған жуу ерітіндісі-1x70 мл; теріс бақылау-2x1 мл; антиденелерге оң бақылау-1x1,5 мл; антигенге оң бақылау-1x1 мл; антигенді сұйылтауға арналған ерітінді-1x1 мл; №1 конъюгат-1x15 мл; №2 конъюгат - 1x15мл; субстратты буферлік ерітінді 1x60 мл; хромоген - 1x5 мл; стоп-реагент - 1x28 мл. Дайын реагенттердің жарамдылық мерзімі: антигенді дайындаған оң бақылау 2-8°C температура кезінде 4 аптадан кем емес; дайындалған субстрат ерітіндісі 18-30°C температура кезінде 6 сағаттан кем емес. Жеткізу сәтіндегі реагенттердің жарамдылық мерзімі: 9 айдан кем емес. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың бар болуы. Қазақстан Республикасында тіркеудің бар болуы.</p>	10	1200000	1	1 120 000	"Витена" ЖШС
3	<p>Талдау жүргізу үшін қажетті реагенттермен (тазарылған судан басқа) жиынтықты білдіреді, оның</p>	20	676560	1	357 620	"Альфа-Медикал"

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

<p>негізі HBsAg және коньюгатқа иммобилизацияланған моноклоналды антиденелермен(желкек пероксидазасымен таңбаланған HBsAg поликлоналды антиденелері) планшет(1 дана, стриптированный) болып табылады. Оң және теріс бақылаулардың түс индикациясы, реагенттері бар құтылардың түс индикациясы. Қосымша жинақтау – реагенттерге арналған бір реттік ванналар, тамшуырларға арналған ұштықтар, планшеттерге арналған жабысқақ пленка. Жарамдылық мерзімі 9 айдан кем емес. Жинақтарды 10 тәуліктен аспайтын 25 С жоғары емес температурада тасымалдауға рұқсат етіледі. Талданатын үлгінің көлемі 100 мкл-ден аспайды, 2-8 С температурада 5 тәуліктен аспайтын, -20 С температурада 2 айдан аспайтын сақталған үлгілерді(Сарысу, плазма) пайдалануға жол беріледі. Талдаудың ұзақтығы 85 минуттан аспайды, оптикалық тығыздығын (ОП) екі толқынды режимде өлшей отырып, спектрофотометрдің көмегімен нәтижелерді есепке алу (негізгі сүзгі 450нм, референц сүзгі 620-650нм). HBsAg антиденелері бойынша сезімталдық - 0,01 ХБ / мл. HBsAg – 100 антиденелері бойынша ерекшелігі%. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Қазақстан Республикасында тіркеудің болуы.</p>					ЖШС
<p>4 С вирустық гепатитінің иммобилизацияланған рекомбинантты антигендері және коньюгаты бар(желкек пероксидазасымен таңбаланған адамның IgM және IgG антиденелері) планшет(1 дана, Стриптиз) оның негізі болып табылатын(тазартылған судан басқа) реагенттермен талдау жүргізу үшін қажетті барлық жиынтығы болып табылады.Цветовая индикация положительных и отрицательных контролей, цветовая индикация флаконов с реагентами. Қосымша жинақтау – реагенттерге арналған бір реттік ванналар, тамшуырларға арналған ұштықтар, планшеттерге арналған жабысқақ пленка. Жарамдылық мерзімі 9 айдан кем емес. Жинақтарды 10 тәуліктен аспайтын 25 С жоғары емес температурада тасымалдауға рұқсат етіледі. Талданатын үлгінің көлемі 40 мкл-ден аспайды, 2-8 С</p>	20	676560	0	0	0

Handwritten signatures and initials.

<p>температурада 5 тәуліктен аспайтын, -20 С температурада 2 айдан аспайтын сақталған үлгілерді(Сарысу, плазма) пайдалануға жол беріледі. Талдау ұзақтығы 90 минуттан аспайды, оптикалық тығыздығын (ОП) екі толқынды режимде өлшей отырып, спектрофотометрдің көмегімен нәтижелерді есепке алу (негізгі сүзгі 450нм, референц сүзгі 620-650нм). ВГС-100 антиденелері бойынша сезімталдық%. СВГ – 100 антиденелері бойынша ерекшелігі%. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі нұсқаулықтың болуы. Қазақстан Республикасында тіркеудің болуы.</p>				
---	--	--	--	--

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер және қабылданбау үшін негіздеме:

№ п/п	№ лота	Постващик	Причина отклонения
1	1	"Альфа Меди кал" ЖИПС	<p>Тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы " Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысының 130-39-тармағының 7) тармақшасын бұза отырып бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы". – Әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынды.</p> <p>Ұсынылатын өнімнің техникалық сипаттамасы біздің техникалық сипаттамада: 1. Теріс бақылау 2*2,5 мл; 2. Донорлық контингенттегі ерекшелік 99,9%; 3.Зерттелетін үлгінің көлемі 100 мкл аспайды; 4.Хромоген 2 * 5 мл.</p> <p>Әлеуетті өнім берушінің техникалық сипаттамасында: 1. Теріс бақылау үлгісі 1 құты; 2. Корсетілмеген; 3. Зерттелетін үлгінің көлемі кемінде 100 мкл; 4. Корсетілмеген.</p>

Тендер қорытындысын шығару кезінде тендерлік комиссия "тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 04.06.2021 жылғы №375 қаулысын басшылыққа алды, бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылған" бұдан әрі - ереже), сондай-ақ "ЖИПС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы"КМК бекітілген тендерлік құжаттамасымен..

Ұсынылған тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша тендерлік комиссия ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

№4 лот бойынша-тендер 130-42-тармақтың 1) тармақшасының (тендерлік өтінімдердің болмауы) негізінде өткізілмеді деп табылсын.

№1, №2, №3 лоттар бойынша - тендер осы Қағидалардың 130-43-тармағының негізінде өтті деп табылсын (Тендер жеңімпазы тендерлік өтінімдері хабарландыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келеді деп табылған әлеуетті өнім берушілер арасында ең

томен баға ұсынысының негізінде айқындалады. Лот бойынша бәсекелестік болмаған кезде немесе лот бойынша бәсекелестердің тендерлік өтінімдері қабылданбаған кезде тендерлік өтінімін тендерлік комиссия хабарландыру шарттары мен осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін жалғыз өтінім деп таныған әлеуетті өнім беруші тендер жеңімпазы деп танылады).

Келесі әлеуетті өнім берушілермен 2023 жылғы 23 наурызға дейін шарттар жасасу:

1) "Витена" ЖШС, Алматы қ., Исаев к-сі, 159. БСН 080340019868 №1, №2 лоттар бойынша жалпы сомасы 2 780 000 (екі миллион жеті жүз сексен мың) теңге, 00 тиын;

2) "Альфа-Медикал" ЖШС, Қостанай қ., Краснопартизанская к-сі, 73а, БСН 060440003504 №3 лот бойынша жалпы сомасы 357 620,00 (үш жүз елу жеті мың алты жүз жиырма) теңге, 00 тиын.


Медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендердің қорытындылары туралы хаттаманы сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырсын.

Тауарды жеткізу кезінде жеңімпаз өнім берушілер осы Қағидалардың 4-тарауының 11-тармағының 14) тармақшасының негізінде өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсынуы тиіс.

Сарапшылар тартылған жоқ.

«ИЯ» – 3 (үш) дауыс. «ҚАРСЫ» - 0 дауыс; «Қалыс қалғандар» - 0 дауыс.

Тендерлік комиссияның төрағасы



М. В. Шевырева

Т.Т. Қойшыманов

Р.Ж. Жарасбаев

Тендерлік комиссияның хатшысы:

Ж.Д. Воронкова