

№ 10 хабарландыру бойынша №3 хаттама

Қостанай облысы әкімдігінен саулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ЖИТС-тың алдына жүзінше қарсы күрес жөніндегі орталығы" КМК медициналық бұйымдарды сатыпалу бойынша тендердің қорытындылары туралы.

Қостанай қ.

2023 жыл 23 мамыр

Тендерлік комиссия келесі құрамда:

Шевырева М. В. – бас дәрігердің орынбасары, тендерлік комиссияның төрағасы; Қойшыманов Т. Т. – биокауісіздік жөніндегі маман, тендерлік комиссияның мүшесі; Жарасбаев Р. Ж. - заң кеңесшісі, тендерлік комиссияның мүшесі; Ж.Д. Воронкова – бухгалтер.

Бас дәрігердің орынбасары, тендерлік комиссияның төрағасы М. в. Шевырева "Денсаулық сақтау"-Кіне 28-ші Қазақстандық халықаралық көрмесіне қатысу үшін Орталықтың 2023 маманын іссапарға жіберу туралы " 04.05.2023 ж. №74-К бұйрығының негізінде конверттерді ашу кезінде болған жоқ.

Тендерлік комиссияның отырысы 130-14-тармақтың негізінде жалпы санның кемінде үштен екісі қатысу шарттарында өтеді және өткізіледі. 04.06.2021 ж. ҚР ІІІ 375 9-1 тараулары.

Тапсырыс беруші тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізбеген.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсіміне әлеуетті өнім берушілердің өкілдері қатысқан жоқ..

Лоттар бойынша сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы, бірлік бағасы және сомасы:


лот №	Атауы	Бірлік үшін бағасы	Сомма, теңге
1	96 анықтауға арналған иммуноферменттік талдау үшін адамның қан сарысуында немесе плазмасында HBs антигенін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы.	30	1014840
2	Адамның қан сарысуында немесе плазмасында вирусты гепатит С-ға антиденені анықтауға арналған иммуноферменттік тес-жүйе. 96 анықтаулар	3	750000
3	Адамның қан сарысуында немесе плазмасында 1-типті (АИТВ-1, О тобының АИТВ-1) және 2-типті (АИТВ-2) адамның иммун тапшылығы вирусына антиденені анықтауға арналған иммуноферменттік тес-жүйе. 96 және 480 анықтаулар	10	1419600
4	Адамның қан сарысуында немесе плазмасында Treponema pallidum антиденені анықтауға арналған иммуноферменттік тес-жүйе, қорапта 96 анықтаулар	5	507000



Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді келесі әлеуетті жеткізушілер ұсынды:


№	Өнім берушінің атауы, мекенжайы	Өтінімді беру күні және уақыты
1	"Haluk Medical Company" ЖШС, Алматы қ., Медеу ауданы, Гурилев көшесі, 106А үй	10.05.2023 жыл 11 сағат 42 мин
2	"ТриМедика" ЖШС, Алматы қ., Бостандық ауданы, Тимирязев көшесі, 42/15 үй, 1/1 кеңсе	10.05.2023 жыл 11 сағат 43 мин
3	"Альфа-Медикал" ЖШС, Қостанай қ., Краснопартизанская к-сі, 73а, БСН 060440003504	12.05.2023 жыл 14 сағат 54 мин

Әлеуетті жеткізушілер ұсынған баға ұсыныстары және тендерлік өтінімдерді салыстыру:


№	ММБ техникалық ерекшелігі	саны	Лот бойынша жалпы сомма	Берілге тапсырыс саны	Жалпы сомасы лот бойынша	Өнім берушінің атауы



1	<p>В гепатиті вирусының беттік антигенін (HBsAg) анықтау үшін тест-жүйе. Тест форматы-96 анықтамадан кем емес, планшет стриптерге және тесіктерге дейін жиналады. Талдау үлгілерінің саны-150 мкл кем емес. Тест сезімталдығы- HBsAg минималды анықталатын концентрация -0,1 МН/мл. Реакция уақыты инкубацияның жалпы уақыты 2-сағаттан аспайды. К + 2 тұрақтылығы-к+2 регидратталған реагент ерігеннен кейін +18-ден +24 °C-ге дейінгі температурада кемінде 6 сағат тұрақты. Жұмыс конъюгаты ерітіндісінің тұрақтылығы-18-тан 24°-қа дейінгі температурада жарықтан қорғау орнында 12 сағаттан кем емес сағатта жұмыс ерітінді конъюгаты тұрақты. Реагенттердің қолдау түсі. Талдауды өткізу кезеңдерінің спектрофотометриялық верификациясының болуы. Тест-жүйесінің сақталу мерзімі-24 айдан кем емес. ҚР тіркеу күзілігінің болуы. Қолданылу бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы.</p>	30	1014840	3	1 005 000,00	«Halyk Medical Company» ЖШС
					1 014 840,00	«ТриМедика» ЖШС
						
2	<p>Имуноферменттік талдау әдісімен КҚҚГ адамның қан сарысуында немесе плазмасында вирусты гепатит С-ға антиденені анықтауға арналған реагенттер жинағы.</p> <p>Жинақтың құрамы: 1. Тазартылған ВГС 1 антигендерімен қапталған 96 ойықшалы планшет немесе 5 планшет; 2. Құрамында КРС-тан алынған ақуыздар бар үлгіні сұйылтқыш, 0.05% Бронидокс® және консерванттар ретінде азот сутегі қышқылының 0.1% натрий тұзы. Көлемі: 20 мл немесе 100 мл буфер; 3. Теріс бақылау сынағы. Бір құтыда бұқа ақуызының буферлік ерітіндісінде ерітілген 0,8 мл қалыпты адам сарысуы бар. Құрамында консервант ретінде 0.05% Бронидокс® бар; 4. Вирусты гепатитке антидененің оң бақылау сынағы. Бір құтыда 0,6 мл инактивацияланған адам сарысуы бар, оның құрамында бұқа ақуызының буферлік ерітіндісінде ерітілген ВГС антиденелері бар. Құрамында консервант ретінде 0.05% Бронидокс® бар; 5. Конъюгат сұйылтқышында консервант ретінде 0,05% Bronidox® бұқа ақуызы мен бейорганикалық тұздардан тұратын 20 мл буфер бар, 1 немесе 3 құты; 6. Конъюгат құрамында бұқа ақуызының негізінде адамның IgG-ге сублимацияланған пероксидаза-таңбаланған тышқан моноклональды антиденелері бар, 1 немесе 3 құты; 7. Субстрат сұйылтқышы, түссіз сұйықтық, 35 мл-нан 1 құты; 8. Субстрат концентраты, 35 мл-нан 1 құты; 9. Жуу сұйықтығы</p>	3	750000	0	0	0



	<p>125 мл-нан 1 құты немесе 2 құты. Еуропалық Одақтың Директивасымен in-vitro диагностикасына (IVD) қолдануға мақұлданған. Диагностикалық сезімталдық - 100.0% кем емес, ал нәтижелік ерекшелігі - 99,91% кем емес. Үлгі үшін дишосенттің көлемі 180 мкл-ден аспайды, үлгінің көлемі 20 мкл-ден аспайды. Екі жуу кезеңі, әр кезең 5 жуудан тұрады. Әр жууда 500 мкл жуу сұйықтығын пайдалану. Инкубация саны: - бірінші -1 сағ. 370С - екінші - 30 мин. 370С - үшінші -30 мин. 370С Ішкі бақылау деректері: - Теріс бақылаудың орташа мәні ОП(К-) - 0.25-тен кем болуы тиіс. Оң бақылаудың оптикалық тығыздығының мәні ОП(к+) ОП(К-) мәнінен 0.8-ге артық болуы тиіс. Реакцияны қоюдың барлық кезеңдерін бақылау үшін түрлі-түсті индикатор жүйесі бар.</p>					
3	<p>Имуноферменттік талдау әдісімен адамның қан сарысуында және плазмасында 1- типті (АИТВ-1, О тобының АИТВ-1) және 2-типті (АИТВ-2) адамның имун тапшылығы вирусына антиденені in vitro анықтау үшін арналған реагенттер жинағы. Синтетикалық пептид (АИТВ-О) және АИТВ-1 және АИТВ -2 ENV рекомбинантты ақуыздары және АИТВ-1 GAG антигені қолданылады. Еуропалық Одақтың Директивасымен in-vitro диагностикасына (IVD) қолдануға мақұлданған. Диагностикалық сезімталдық - 100.0% кем емес, ал нәтижелік ерекшелігі - 99,91% кем емес. Үлгі үшін дишосенттің көлемі 50 мкл-ден аспайды, үлгінің көлемі 50 мкл-ден аспайды. Инкубация саны: - бірінші-30 мин. 370С - екінші- 30 мин. 370С - үшінші-30 мин. 370С. Ішкі бақылау деректері: - Теріс бақылаудың орташа мәні ОП(К-) - 0.3-тен кем болуы тиіс. Оң бақылаудың оптикалық тығыздығының мәні ОП(к+) ОП(К-) мәнінен 0.8-ге артық болуы тиіс. Реакцияны қоюдың барлық кезеңдерін бақылау үшін түрлі-түсті индикатор жүйесі бар.</p>	10	1419600	0	0	0
4	<p>Имуноферменттік талдау әдісімен адамның қан сарысуында және плазмасында Treponema pallidum-ға сомалық антиденені in vitro анықтау үшін арналған реагенттер жинағы. Инкубация саны: - бірінші-30 мин. 370С - екінші- 60 мин. 370С - үшінші-30 мин. 370С. Екі жуу кезеңі, әр кезең 5 жуудан тұрады және 500 мкл жуу сұйықтығын пайдаланады. Диагностикалық сезімталдық - 100.0% кем емес, ал нәтижелік ерекшелігі -</p>	5	507000	■	■	■



>99,95%. Үлгі үшін сұйылтқыштың көлемі 50 мкл-ден аспайды, үлгінің көлемі 50 мкл-ден аспайды. Ішкі бақылау деректері: - Теріс бақылаудың орташа мәні ОП(К-) - 0.15-тен кем болуы тиіс - Оң бақылаудың оптикалық тығыздығының мәні ОП(к+) ОП(К-) мәнінен 0.8-ге артық болуы тиіс. Реакцияны қоюдың барлық кезеңдерін бақылау және үлгіні (SAM) косуды бақылау үшін түрлі-түсті индикатор жүйесі бар. ҚР-да тіркелу.					
--	--	--	--	--	--

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер және қабылданбау үшін негіздеме:

№ п/п	№ лота	Постващик	Причина отклонения
1	1	"Альфа Меди кал" ЖПС	<p>Тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы " Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысының 130-39-тармағының 7) тармақшасын бұза отырып бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы". – Әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынды.</p> <p>Ұсынылатын өнімнің техникалық сипаттамасы, біздің техникалық сипаттамада: 1. Тесттің сезімталдығы-0,1 ХБ/мл минималды анықталатын концентрациясы 2. Жұмыс компьютерінің тұрақтылығы кемінде 12 сағат. 3. Талдау жүргізу кезеңдерінің спектрофотометриялық верификациясының болуы.</p> <p>Әлеуетті өнім берушінің техникалық сипаттамасында: 1 тесттің сезімталдығы-0,5 ХБ/мл минималды анықталатын концентрациясы. 2. көрсетілмеген. 3. Көрсетілмеген.</p>
2	4	"Альфа Меди кал" ЖПС	<p>Тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы " Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысының 130-39-тармағының 7) тармақшасын бұза отырып бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы". – Әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынды.</p> <p>Ұсынылатын өнімнің техникалық сипаттамасы, біздің техникалық сипаттамада: 1. Диагностикалық сезімталдық кем дегенде 100% құрайды. 2. Үлгінің көлемі 50 мкл-ден аспайды. 3. Теріс бақылаудың орташа мәні кемінде 0.15. 4. Оң бақылаудың оптикалық тығыздығының мәні ОП(к+) ОП (К-) мәнінен 0.8 артық болуы керек.</p> <p>Әлеуетті өнім берушінің техникалық сипаттамасында: 1. көрсетілмеген. 2. көрсетілмеген. 3. көрсетілмеген. 4. Көрсетілмеген.</p>

Тендер қорығындысын шығару кезінде тендерлік комиссия "тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру

