

№ 5 хабарландырубойынша №3 хаттама
 Қостанай облысы әкімдігінен саулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ЖИТС-
 тыналдыналу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" КМК медициналық бұйымдарды сатыпалу
 бойынша тендердің қорытындылары туралы.

Қостанай қ.

2021 жыл 23 ақпан

Тендерлік комиссия келесі құрамда:

- М.С.Кузембаев – бас дәрігер.
- А.И.Жаманова – бас дәрігердің орынбасарының;
- И.Е. Валиева - бас бухгалтер;
- Т.Т. Қойшыманов - диагностикалық зертхананың меңгерушісінің м.а.;
- Г.У. Нурмагамбетова – заңгер-кеңесші;
- Ж.Д. Воронкова – бухгалтер.

"Еңбек демалысын беру туралы" 18.02.2021 ж. № 58-Л бұйрығының негізінде комиссияның бір мүшесі Г. У. Нұрмагамбетова жоқ.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы № 347 "дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары" Қаулысының 9-тарауының 50-тармағының негізінде тендерлік комиссияның отырысы өтеді, себебі жалпы санының кемінде үштен екісі қатысады.

Тапсырыс беруші тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізбеген.



Лоттар бойынша сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы, бірлік бағасы және сомасы:

| лот № | Атауы | Бірлік үшін бағасы | Сомма, теңге |
|-------|--|--------------------|---------------|
| 1 | 1 және 2 типтегі адамның иммун тапшылығы вирусына (АИТВ-1 және АИТВ-2), О тобының АИТВ-1 және р24 АИТВ-1 антигеніне антиденелерді бір мезгілде анықтау үшін иммуноферменттік тест-жүйе, диагностикалық жиынтық (480 тест). | 50 | 4 950 000,00 |
| 2 | COBAS 4800 ПТР анализаторында АИТВ-1 РНҚ анықтауға арналған тест жиынтығы, 120 анықтамадан кем емес. | 15 | 21 706 282,20 |
| 3 | COBAS 4800 анализаторына ПТР-ға 50 мл-ден кем емес реагенттік резервуар | 1 | 259 064,19 |
| 4 | ДНҚ / РНҚ бөлуге арналған плашка. Cobas 4800 ПТР анализаторына арналған шығыс материалдары | 2 | 504 900,00 |
| 5 | ПТР-плашка. Cobas 4800 ПТР анализаторына арналған шығыс материалдары | 2 | 1 346 400,00 |
| 6 | Бір реттік резервуар 200 мл. ПТР анализаторына арналған шығыс материалдары Cobas 4800 | 2 | 395 807,94 |
| 7 | Ұштықтар. Cobas 4800 ПТР анализаторына арналған шығыс материалдары | 6 | 1 711 661,52 |
| 8 | Лизис ерітіндісі | 8 | 4 712 400,00 |
| 9 | ПТР үлгілерін дайындауға арналған қоспа | 8 | 4 039 200,00 |
| 10 | Жуу буфері | 8 | 468 277,92 |
| 11 | ВГС/ВГВ/АИТВ үшін бақылаулар | 8 | 4 712 400,00 |
| 12 | Дилуэнттер жиынтығы | 2 | 840 119,94 |

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді келесі әлеуетті жеткізушілер ұсынды:

| № | Өнім берушінің атауы, мекенжайы | Өтінімді беру күні және уақыты |
|---|---|------------------------------------|
| 1 | "АУМ+" ЖШС Астана қаласы, Мәриям Жағорқызы көшесі 21 | 17.02.2021 ж. 15 сағат 00 минут |
| 2 | "Тарлан-Инт" ЖШС. Нұр-сұлтан, Есіл ауданы, Керей, Жәнібек Хандар көшесі, 5, ш. ғ. к., 29-т. | 19.02.2021 ж. 15 сағат 15 минут |
| 3 | "Альфа-Медикал" ЖШС Қостанай қ., Краснопартизанская к-сі, 73А | 22.02.2021 ж. 09 сағат 40 минут |

Әлеуетті жеткізушілер ұсынған баға ұсыныстары және тендерлік өтінімдерді салыстыру:

| Лот № | ММБ техникалық ерекшелігі | саны | Лот бойынша жалпы сомма | Берілген тапсырыс саны | Жалпы сомасы лот бойынша | Өнім берушінің атауы |
|-------|---|---|--|------------------------|--------------------------|----------------------|
| |  |  |  | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|----|------------|---|-----------|---------------------|
| 1 | Тест форматы-192 анықтамадан кем емес (96x2, стрип пен ойыққа дейін жиналмалы полистирол планшеті). Тесттің бір сатылы форматы (жуу сатысыз конъюгат ерітінділерімен үлгілерді бір мезгілде инкубациялау). Талдау жасау барысында планшетті жуудың бір циклі. Планшетті жуудың жалпы саны 4-тен аспайды. Бөлме температурасы кезінде ТМБ-субстрат ерітіндісімен инкубациялау. Стоп-реагентті жұмыс планшетінің ойығына енгізу көлемі кемінде 150 мкл. Критикалық ОТ есептеу үшін коэффициент 0,25. Талданатын үлгінің саны: 70 мкл артық емес. Ашық типтегі анализаторларға қолмен және автоматты түрде қою мүмкіндігі. Сезімталдық 100%. Донорларды кездейсоқ іріктеудегі ерекшелік (кемінде 5000 донор) - 99,9% - дан жоғары.(p24) АИТВ-1 антигенін анықтау кезіндегі жиынтықтың сезімталдығы - 10пг/мл. Бақылауды қоса алғанда, 192 (екі жиналмалы планшет) анықтамаларды жүргізу мүмкіндігі жиынтықты бөлшектеп (бір стриптен және бір ойықтан) пайдалану мүмкіндігімен қолмен қоюға немесе ашық үлгідегі иммуноферменттік талдауға арналған автоматты анализаторда 192 (96x2) анықтамаларды бір мезгілде қоюға арналған. Талдау ұзақтығы 85 минуттан аспайды, 450/620-680 нм кезінде нәтижелерді есепке алу. Бір толқын ұзындығы – 450 нм болатын нәтижелерді есепке алуға болады. Серияшілік қайталануы-вариация коэффициенті 8%-дан аспайды. Серияралық қайталануы - вариация коэффициенті 10% - дан аспайды. Тұрақтылық. | 50 | 4950000,00 | 1 | 4 900 000 | «Альфа-Медикал» ЖШС |
| 2 | COBAS 4800 HIV ПТР-анализатор үшін АИТВ-1 РНҚ анықтауға арналған тест жинағы 120 анықтамадан кем емес. MMX R1 (cobasмастермикс реагенті 1) марганец ацетаты, калий гидроксиді, < 0,1% натрий азиді. Жиынтықтағы саны кемінде 10x1,75 мл. HIV-1 MMX R2 (cobas HIV-1 мастермикс реагент 2) трицин буфері, калий ацетаты, кемінде 18% диметилсульфоксид, глицерин, < 0,1% Tween 20, ЭДТА, < 0,12% dATP, dCTP, dGTP, dUTP, < 0,01% АИТВ праймерлері, < 0,01% сандық стандартқа арналған тікелей және кері праймерлер,< 0,01% таңбаланған флуоресцентті бояғыш-АИТВ және сандық стандартқа арналған олигонуклеотидті зондтар,< 0,01% олигонуклеотидті аптамер ,< 0,01% Z05D ДНҚ полимераза (бактериалық), < 0,01% AmpErase ферменті (урацил-N-гликозилаза) (бактериалық), < 0,1% натрий азиді. Жиынтықтағы саны кемінде 10x0,5мл. RNA QS (cobas ® РНҚ сандық стандарты) Трис буфер, < 0,05% ЭДТА, < 0,001% праймерлер мен зондтарды қоюдың ерекше сайттарын (MS2 бактериофагына салынған инфекциялық емес РНК), < 0,1% натрий азидін қамтитын АИТВ-ға жатпайтын ішкі бақылаудың қорғалған РНҚ. Жиынтықтағы саны кемінде 10x1,75 мл. COBAS 4800 анализаторының ПТР үшін шығын материалдары. | 15 | 21706282,2 | 2 | 21706260 | "AUM+" ЖШС |
| 3 | cobasx 480-де сынама дайындау кезінде қолдану үшін реагенттерге арналған пластикалық мөлдір резервуарлар, көлемі 50 мл-ден аспайды. COBAS 4800 ПТР анализаторына арналған шығыс материалдары. | 1 | 259064,19 | 2 | 259063 | "AUM+" ЖШС |
| | | | | | 259064 | "Тарлан-Инт " ЖШС |
| 4 | COBAS 4800 құрылғысында РНҚ бөлу кезінде пайдалану үшін көлемі кемінде 2,0 мл сұйықтықтарға арналған терең ойық планшеті. | 2 | 504900,00 | 2 | 504898 | "AUM+" ЖШС |
| | | | | | 504900 | "Тарлан- |

| | | | | | Инт " ЖШС | |
|----|--|---|------------|---|-----------|-----------------------|
| 5 | COBAS 4800 ПТР - жүйесі үшін көлемі кемінде 0.3 мл пластикалық ақ ПТР-плашкалар, РНҚ шығару кезінде үлгілер мен бақылауды қосу үшін қолданылады. | 2 | 1346400,00 | 2 | 1346398 | "AUM+" ЖШС |
| | | | | | 1346400 | "Тарлан-Инт" " ЖШС |
| 6 | cobasx 4800 - де сынама дайындау кезінде пайдаланылған кезде реагенттерге арналған бір рет қолданылатын пластикалық мөлдір резервуарлар, көлемі 200 мл-ден аспайды. COBAS 4800 анализатор ПТР үшін шығыс материалдары. | 2 | 39 807,94 | 2 | 395804 | "AUM+" ЖШС |
| | | | | | 395806 | "Тарлан-Инт" " ЖШС |
| 7 | Дәл мөлшерлеу үшін алмастырылмайтын, көлемі 1000 мкл-ден кем емес сүзгісі бар ұштықтар, ол штативтегі микротүйіндерді 96 данадан кем емес мөлшерлеуді жеңілдетеді, COBAS 4800 анализатор ПТР үшін шығыс материалдары. | 6 | 1711661,52 | 2 | 1711650 | "AUM+" ЖШС |
| | | | | | 1711656 | "Тарлан-Инт" " ЖШС |
| 8 | Лизирлеуші реагент жиынтығы Р 2 (протеаза 2) трис буфер, < 0,05% ЭДТА, кальций хлориді, кальций ацетаты, 8% (м/о) протеаза. Жиынтықтағы саны 10x1,0 мл. Екінші лизирлеуші реагент 43% (м/м) гуанидин тиоцианаты, 5% (м/о) полидоканол, 2% (м/о) дитиотреитол, натрий цитраты дигидраты. Жиынтықтағы саны кемінде 10x27 мл, COBAS 4800 анализаторының ПТР үшін шығыс материалдары. | 8 | 4712400,00 | 2 | 4712392 | "AUM+" ЖШС |
| | | | | | 4712400 | "Тарлан-Инт" " ЖШС |
| 9 | Магнитті шыны бөлшектері реагентінен 2 (MGP 2), трис буферінен, 0,1% метил-4-гидрокси-бензоаттан, < 0,1% натрий азидінен тұратын үлгілерді сынама дайындауға арналған реагенттер жиынтығы. Жиынтықтағы саны кемінде 10x8 мл. Элюцияға арналған буфер (ЕВ 2) трис буфер, 0,2% метил-4-гидрокси - бензоат. Жиынтықтағы саны кемінде 10x17 мл. COBAS 4800 анализаторының ПТР үшін шығыс материалдары. | 8 | 4039200 | 2 | 4039192 | "AUM+" ЖШС |
| | | | | | 4039200 | "Тарлан-Инт" " ЖШС |
| 10 | 240 анықтамаға натрий цитраты дигидратынан, 0,05% N-метилизотиазолон HCl тұратын жуу буферінің жиынтығы. Жиынтықтағы саны кемінде 10x55мл, COBAS 4800 талдағышының ПТР үшін шығыс материалдары. | 8 | 468 277,92 | 2 | 468264 | "AUM+" ЖШС |
| | | | | | 468272 | "Тарлан-Инт" " ЖШС |
| 11 | Төмен титражды оң бақылау < 0,001% синтетикалық (қорғалған) MS2 бактериофагтың қабықшалы ақуызында М тобының АИТВ-1 РНҚ, ДНҚ < 0,001% синтетикалық (плазмидті) Лямбда бактериофагтың қабықшалы ақуызында ВТВ ДНҚ, < 0,001% синтетикалық (қорғалған) MS2 бактериофагтың қабықшалы ақуызында РНҚ, АИТВ-1/2 антиденелеріне, ВГС, НВsAg антиденелеріне, НВс антиденелеріне лицензияланған тестілерде реактивті емес, ПТР әдісімен тестілеу кезінде РНҚ АИТВ-1, РНҚ АИТВ-2, РНҚ ВГС және ДНҚ ВГВ негативті қалыпты адам плазмасы. Кемінде 0,1% ProClin 300 консерванты. Жиынтықтағы саны кемінде 10x0,75 мл; Жоғары титражды оң бақылау < 0,001% синтетикалық (қорғалған) MS2 бактериофагтың қабықшалы ақуызында М тобының АИТВ-1 РНҚ, ДНҚ < 0,001% синтетикалық (плазмидті) Лямбда бактериофагтың қабықшалы ақуызында ВТВ ДНҚ, < 0,001% синтетикалық (қорғалған) MS2 бактериофагтың қабықшалы ақуызында РНҚ, АИТВ-1/2 антиденелеріне, ВГС, НВsAg антиденелеріне, НВс антиденелеріне лицензияланған тестілерде реактивті емес, ПТР әдісімен тестілеу кезінде РНҚ АИТВ-1, РНҚ АИТВ-2, РНҚ ВГС және ДНҚ ВГВ негативті қалыпты адам плазмасы. 0,1% ProClin 300 консерванты. Жиынтықтағы саны кемінде 10x0,75 мл; ВГС/ВГВ/АИТВ үшін бақылау үлгілерінің жиынтығы. АИТВ-1/2 антиденелеріне, ВГС, НВsAg | 8 | 4712400,00 | 2 | 4712392 | "AUM+" ЖШС |
| | | | | | 4712400 | "Тарлан-Инт" " ЖШС |

