

№ 6 хабарландырубойынша №3 хаттама

Қостанай облысы әкімдігінен саулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ЖИТС-тыңалдыналу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" КМК медициналық бұйымдарды сатыпалу бойынша тендердің қорытындылары туралы.

Қостанай қ.

2021 жыл 10 наурыз

Тендерлік комиссия келесі құрамда:

М.С.Кузембаев – бас дәрігер; А.И.Жаманова – бас дәрігердің орынбасарының; И.Е. Валиева - бас бухгалтер; Т.Т. Қойшыманов - диагностикалық зертхананың меңгерушісінің м.а.; Г.У. Нурмагамбетова– заңгер-кеңесші; Ж.Д. Воронкова – бухгалтер.

Тапсырыс беруші тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізбеген.

Лоттар бойынша сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы, бірлік бағасы және сомасы:


лот №	Атауы	Бірлік үшін бағасы	Сомма, теңге
1	Полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісімен клиникалық материалда жаңа коронавирус 2019-nCoV РНҚ анықтауға арналған реагенттер жиынтығы	90	2 610 0000
2	Адам қанының сарысуында немесе плазмасында 1 типтегі (АИТВ-1, О тобының АИТВ-1) және 2 типтегі (АИТВ-2) адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді анықтауға арналған иммуноферменттік тес-жүйе	10	2 303 400

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді келесі әлеуетті жеткізушілер ұсынды:

№	Өнім берушінің атауы, мекенжайы	Өтінімді беру күні және уақыты
1	"LabMedTech" ЖШС Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Комсомольский тұрғын алабы, Ләйлі-Мәжнүн тұйық көшесі, 14 үй, ВП 1	03.03.2021 ж. 15 сағат 10 минут
2	"Сварз" ЖШС, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 181/41 ғимарат	05.03.2021 ж. 10 сағат 50 минут
3	ЖК "Invitro" Қостанай қаласы, "Амангелді" тұрғын алабы, Миляев көшесі 39/1	05.03.2021 ж. 16 сағат 40 минут

Әлеуетті жеткізушілер ұсынған баға ұсыныстары және тендерлік өтінімдерді салыстыру:

лот №	ММБ техникалық ерекшелігі	саны	Лот бойынша жалпы сомма	Берілген тапсырыс саны	Жалпы сомасы лот бойынша	Өнім берушінің атауы
1	2	3	4	5	6	7
1	COVID-19 спецификалық ORFlab генін анықтау үшін FAM флуорофорына сәйкес келетін каналы бойынша, COVID-19 N генін анықтау үшін VIC флуорофорына сәйкес келетін каналы бойынша; және адамның РНҚ- комплементі Р эндогендік ішкі бақылауын анықтау үшін Су5 флуорофорына сәйкес келетін каналы арқылы амплификация нәтижелерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциямен полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісімен клиникалық материалда 2019-nCoV жаңа коронавирусының РНҚ анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Жиынтық толық жиынтықта, РНҚ/ДНҚ экстракция жиынтығы және ПТР жиынтығы бар, бір өндірушіден. ПТР-жинақта: ОТ-ПТР буферлік ерітіндісі, ОТ-ПТР ферменттік қоспасы, теріс және оң бақылау болуы тиіс. Сезімталдықтың төменгі шегі: 200 дана/мл. Жиынтық RotorGene 6000/Q, Bio-RadCFX96 Touch және басқа да танымал амплификаторда жұмыс істеуге бейімделген. Реагенттер жиынтығы магниттік сепарация әдісімен клиникалық материалдан ДНҚ/РНҚ экстракциясына арналған	90	26100000	2	15675000	"Сварз" ЖШС
					9882000	ЖК "Invitro"



	жиынтықтан тұрады. ДНҚ/РНҚ бөлу үшін зерттелетін үлгінің қажетті көлемі-230 мкл. Жууға арналған буферлер саны-2. Бір үлгіні бөлуге арналған элюирлеуші ерітінді мөлшері-50 мкл. Жиынтық 100 сынамаға есептелген. Жарамдылық мерзімі-12 ай. Ашқаннан кейін +2С-тан +8С -қа дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде кемінде 14 тәулік, +18С-тан +25С-қа дейінгі температурада кемінде 12 сағат сақтау кезінде дайындалған конъюгат-2 жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы. +18С-тан +25С-қа дейінгі температурада субстрат қоспасының дайындалған жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы кемінде 10 сағат. Жиынтықтарды тасымалдау +2С-тан +8С - қа дейінгі температурада жүргізілуі тиіс. «Суыту тізбекті» сақтай отырып жеткізу, ҚР тіркеу куәлігінің бар болуы, СЕ сертификатының бар болуы, қолдану бойынша бекітілген нұсқаулықтың бар болуы.					
2	Реагенттер жиынтығы иммуноферменттік талдау әдісімен адам қанының сарысуында және плазмасында 1 типтегі (АИТВ-1, О тобының АИТВ-1) және 2 типтегі (АИТВ-2) адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді анықтауға in vitro үшін арналған. Синтетикалық пептид (АИТВ-О) және рекомбинантты ақуыздар АИТВ-1 және АИТВ -2 ENV және АИТВ-1 GAG антигені қолданылады. Еуропалық Одақтың In-vitro диагностика (IVD) Директивасымен қолдануға мақұлданған. Диагностикалық сезімталдық - кемінде 100.0%, ал нәтиже ерекшелігі –кемінде 99,91%. Үлгі үшін дилуэнттің көлемі 50 мкл - ден аспайды, үлгінің көлемі 50 мкл-ден аспайды. Инкубация саны: - бірінші-30 мин, 370С. - екінші-60 мин, 370С. - үшінші-30 мин, 370С. Ішкі бақылау деректері: Теріс бақылаудың орташа мәні ОТ(К-) - 0.3-тен кем болуы тиіс. Оң бақылаудың оптикалық тығыздығының мәні ОТ(К+) мәні ОТ (К-) мәнінен 0.8-ге артық болуы тиіс. Реакцияны қоюдың барлық кезеңдерін бақылауға арналған түрлі-түсті индикатор жүйесі. Тауарға тіркеу куәлігі Қазақстан Республикасында бекітілген.	10	2303400	1	2303400	"LabMed Tech" ЖШС

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер және қабылданбауға негіздеме:

№ п/п	Лот №	Жеткіз уші	Ауытқу себебі
1	1	"Сварз" ЖШС	«Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы №347 Қаулысының 3-параграфы 81- тармағы 12-тармақшасын бұза отырып - Өнім беруші тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынды. Атап айтқанда, біздің техникалық ерекшелікте көрсетілген болатын: Сезімталдықтың төменгі шегі: 200 көшірме/мл. Жиынтық 100 сынамаға есептелген. Сіздің техникалық ерекшелігіңізде бұл көрсеткіш 1000 көшірме/мл құрайды. Сіздің техникалық ерекшелігіңізде 96 анықтама. Сондай-ақ, сіздің техникалық ерекшелігіңізде біздің техникалық ерекшелігімізге енгізілмеген РНҚ-ны анықтау үшін жиынтықта тест жүйе бар. Дайындалған жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы көрсетілмеген. Бір үлгіні бөліп алу үшін элирлеуші ерітіндінің мөлшері көрсетілмеген "Баға кестелері" тендерлік құжаттамасына 7 - қосымшада сіз 95 жиынтықтың дұрыс емес санын(көлемін) көрсеттіңіз, тиісінше жалпы сома 95 жиынтық болып есептелді. Бізде тендерлік құжаттамаға 1 – қосымшада көрсетілген-90 жиынтық.

2	1	ЖК "Invitro "	<p>«Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы №347 Қаулысының 3-параграфы 81- тармағы 12-тармақшасын бұза отырып - Өнім беруші тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынды. Атап айтқанда, біздің техникалық ерекшелікте көрсетілген болатын: Сезімталдықтың төменгі шегі: 200 көшірме/мл. Жарамдылық мерзімі-12 ай. Бір үлгіні бөліп алу үшін элирлеуші ерітіндінің мөлшері – 50 мкл. ДНҚ/РНҚ-ны бөлуді жүргізу үшін зерттелетін үлгінің қажетті көлемі - 230 мкл. Тендерлік құжаттамаға қоса берілген сіздің №ҚР-ММБ-5№021429 тіркеу куәлігіңізде бұл көрсеткіш 1000 көшірме/мл. Жарамдылық мерзімі 9 ай. Бір үлгіні бөліп алу үшін элирлеуші ерітіндінің мөлшері – 60 мкл. және жоғары. Сондай-ақ, дайындалған жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы көрсетілмеген. Тіркеу куәлігінде ДНҚ/РНҚ-ны бөлуді жүргізу үшін зерттелетін үлгінің қажетті көлемі - 100 мкл.</p> <p>Сіз тендерлік құжаттаманы ұсындыңыз, бірақ басшының қолымен расталмаған қанша Парак тігілгенін және нөмірленгенін көрсетпей</p>
---	---	---------------------	--

Тендер қорытындыларын шығару кезінде тендерлік комиссия Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы № 347 "Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары"қаулысын, сондай-ақ Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы"ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы" КМК бекітілген тендерлік құжаттамасын басшылыққа алды.

Ұсынылған тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша тендерлік комиссия шешімі:

№1, №2 лоттар бойынша - Қағидалардың 4-параграфының 84-тармағы 3) және 2)-тармақшасына сәйкес (бір де бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе(№1 лот), екіден кем тендерлік өтінім беру(№2лот) тендер өткізілмеді деп танылсын.

№ 1 лот бойынша тендерді ұйымдастырушы Ереженің 4-параграфының 82-тармағына сәйкес тендер тәсілімен қайта сатып алуды өткізсін.

№2 лот бойынша тендерді ұйымдастырушы Қағидалардың 4-параграфының 116-тармағының 1) тармақшасына сәйкес бір көзден алу тәсілімен сатып алуға өтсін.

№2 лот бойынша тендерге қатысуға өтінімде көзделген шарттар мен бағалар бойынша Медициналық бұйымдарды сатып алуға қатысуға шақыру жіберу:

№2 лот бойынша - "LabMedTech" ЖШС жалпы сомасы 2 303 400,00(екі миллион үш жүз үш мың төрт жүз) теңге 00тиын.

Медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендердің қорытындылары туралы хаттаманы сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырсын.

Сарапшылар тартылған жоқ.

«ИЯ» – 5 (бес) дауыс; «ҚАРСЫ» - 0 дауыс; «Қалыс қалғандар» - 0 дауыс.

Тендерлік комиссияның төрағасы

Тендерлік комиссияның мүшелері:



М.С. Кузембаев

А.И.Жаманова

И.Е.Валиева

Т.Т. Қойшыманов

Г.У. Нурмагамбетова

Тендерлік комиссияның хатшысы:

Ж. Д. Воронкова