

№ 10 хабарландыру бойынша №3 хаттама

Қостанай облысы әкімдігінен саулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ЖИТС-тыналдыналу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" КМК медициналық бұйымдарды сатыпалу бойынша қайта тендердің қорытындылары туралы.

Қостанай қ.

2021 жыл 30 наурыз

Тендерлік комиссия келесі құрамда:

М.С.Кузембаев – бас дәрігер; А.И.Жаманова – бас дәрігердің орынбасарының; И.Е. Валиева - бас бухгалтер; Т.Т. Қойшыманов - диагностикалық зертхананың меңгерушісінің м.а.; Г.У. Нурмагамбетова – заңгер-кеңесші; Ж.Д. Воронкова – бухгалтер.

Тапсырыс беруші тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізбеген.

Лоттар бойынша сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы, бірлік бағасы және сомасы:

лот №	Атауы	Бірлік үшін бағасы	Сомма, теңге
1	Полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісімен клиникалық материалда жаңа коронавирус 2019-nCoV РНҚ анықтауға арналған реагенттер жиынтығы	90	2 610 0000

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді келесі әлеуетті жеткізушілер ұсынды:

№	Өнім берушінің атауы, мекенжайы	Өтінімді беру күні және уақыты
1	"LabTestDiagnostics" ЖШС, Алматы қаласы, Земнухов көшесі, 19А, БСН 131040012349	19.03.2021 ж. 08 сағат 30 минут
2	"Hydramed" ЖШС Бішкек қ. Нұр-сұлтан, Алматы ауданы, Бейімбет Майлин к-сі, 11 үй, БСН 140540009099	19.03.2021 ж. 08 сағат 30 минут
3	"Альгимед" ЖШС, Нұр-сұлтан қаласы, Әуезов көшесі, 8 БСН	26.03.2021 ж. 10 сағат 40 минут

Әлеуетті жеткізушілер ұсынған баға ұсыныстары және тендерлік өтінімдерді салыстыру:

лот №	ММБ техникалық ерекшелігі	саны	Лот бойынша жалпы сомма	Берілген тапсырыс саны	Жалпы сомасы лот бойынша	Өнім берушінің атауы
1	2	3	4	5	6	7
1	COVID-19 спецификалық ORFlab генін анықтау үшін FAM флуорофорына сәйкес келетін каналы бойынша, COVID-19 N генін анықтау үшін VIC флуорофорына сәйкес келетін каналы бойынша; және адамның РНҚ- комплементі Р эндогендік ішкі бақылауын анықтау үшін Cy5 флуорофорына сәйкес келетін каналы арқылы амплификация нәтижелерін гибридизациялық-флуоресцентті детекциямен полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісімен клиникалық материалда 2019-nCoV жаңа коронавирусының РНҚ анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Жиынтық толық жиынтықта, РНҚ/ДНҚ экстракция жиынтығы және ПТР жиынтығы бар, бір өндірушіден. ПТР-жинақта: ОТ-ПТР буферлік ерітіндісі, ОТ-ПТР	90	26100000	3	26010000	" LabTestDiagnostics" ЖШС

ферменттік қоспасы, теріс және оң бақылау болуы тиіс. Сезімталдықтың төменгі шегі: 200 дана/мл. Жиынтық RotorGene 6000/Q, Bio-RadCFX96 Touch және басқа да танымал амплификаторда жұмыс істеуге бейімделген. Реагенттер жиынтығы магниттік сепарация әдісімен клиникалық материалдан ДНҚ/РНҚ экстракциясына арналған жиынтықтан тұрады. ДНҚ/РНҚ бөлу үшін зерттелетін үлгінің қажетті көлемі-230 мкл. Жууға арналған буферлер саны-2. Бір үлгіні бөлуге арналған элюирлеуші ерітінді мөлшері-50 мкл. Жиынтық 100 сынамаға есептелген. Жарамдылық мерзімі-12 ай.Ашқаннан кейін +2С-тан +8С -қа дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде-кемінде 14 тәулік, +18С-тан +25С-қа дейінгі температурада кемінде 12 сағат сақтау кезінде дайындалған конъюгат-2 жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы. +18С-тан +25С-қа дейінгі температурада субстрат қоспасының дайындалған жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы кемінде 10 сағат. Жиынтықтарды тасымалдау +2С-тан +8С - қа дейінгі температурада жүргізілуі тиіс. «Суыту тізбекті» сақтай отырып жеткізу, ҚР тіркеу куәлігінің бар болуы, СЕ сертификатының бар болуы, қолдану бойынша бекітілген нұсқаулықтың бар болуы.	26100000	"Hydramed" ЖШС
	12010380	"Альгимед" ЖШС

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер және қабылданбауға негіздеме:

№ п/п	Лот №	Жеткіз уші	Ауытқу себебі
1	1	"Альгимед" ЖШС	«Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы №347 Қаулысының 3-параграфы 81- тармағы 12-тармақшасын бұза отырып - Өнім беруші тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынды. Ұсынылатын тауардың тіркеу куәлігінде тендерлік құжаттамада көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес келмейді, біздің техникалық ерекшелікте көрсетілген болатын: Бір үлгіні бөліп алу үшін элюирлеуші ерітіндінің мөлшері – 50 мкл. ДНҚ/РНҚ-ны бөлуді жүргізу үшін зерттелетін үлгінің қажетті көлемі - 230 мкл. Дайындалған конъюгат-2 жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы ашқаннан кейін +2С-тан +8С-ке дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде - кемінде 14 тәулік, +18С-тен +25С-ке дейінгі температурада кемінде 12 сағат сақтау кезінде. Субстрат қоспасының дайындалған жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы +18С-тан +25С-қа дейінгі температурада кемінде 10 сағат.Сіздің техникалық ерекшелігіңізде бір үлгіні бөліп алу үшін элирлеуші ерітіндінің саны – 100 мкл. Техникалық ерекшелікте ДНҚ/РНҚ-ны бөлуді жүргізу үшін зерттелетін үлгінің қажетті көлемі -100 мкл. Сіздің техникалық ерекшелігіңізде дайындалған раекциялық қоспа сақтауға келмейді деп көрсетілген. Сондай-ақ, Alsense-sars-cov-2-rt-qpcr жинақ үшін РНҚ-ны анықтауға Alprgr жинағын қолдану ұсынылады, бұл РНҚ-ны басқа әдістермен және жинақтармен анықтау кезінде шектеулерге әкеп соғады. 05.02.2020 ж.№01 шарт бойынша жалдау мерзімі өткен шартты тіркеді. Жалға алу мерзімі 04.02.2021 ж. дейін
2	1	"LabTest Diagnostics" ЖШС	«Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы №347 Қаулысының 3-параграфы 81- тармағы 12-тармақшасын бұза отырып - Өнім беруші тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынды. Ұсынылатын тауардың тіркеу куәлігінде тендерлік құжаттамада көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес келмейді, біздің техникалық ерекшелікте көрсетілген болатын: Жинақ 100 сынамаға есептелген. Сіздің рұқсат құжатыңызда жинақ 50

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

			анықтауларға есептелген. ҚР-ға біржолғы әкелуге уәкілетті органның рұқсатын ұсынбау (өнім беруші ҚР-ға біржолғы әкелуге басқа ЖШС-ға ресімделген рұқсатын ұсынды)
3	1	"Hydramed" ЖШС	«Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы №347 Қаулысының 3-параграфы 81- тармағы 12-тармақшасын бұза отырып - Өнім беруші тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынды. Ұсынылатын тауардың тіркеу куәлігінде тендерлік құжаттамада көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес келмейді, біздің техникалық ерекшелікте көрсетілген болатын: Жинақ 100 сынамаға есептелген. Сіздің рұқсат құжатыңызда жинақ 50 анықтауларға есептелген. ҚР-ға біржолғы әкелуге уәкілетті органның рұқсатын ұсынбау (өнім беруші ҚР-ға біржолғы әкелуге басқа ЖШС-ға ресімделген рұқсатын ұсынды)

Тендер қорытындыларын шығару кезінде тендерлік комиссия Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы № 347 "Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары"қаулысын, сондай-ақ Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы"ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы" КМК бекітілген тендерлік құжаттамасын басшылыққа алды.

Ұсынылған тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша тендерлік комиссия шешімі:

№1 лот бойынша - Қағидалардың 4-параграфының 84-тармағы 3)-тармақшасына сәйкес (егер бірде-бір әлеуетті өнім берушіге жол берілмесе) **тендер өткізілмеді деп танылсын.**

Медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендердің қорытындылары туралы хаттаманы сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырсын.

Сарапшылар тартылған жоқ.

«ИЯ» – 5 (бес) дауыс; «ҚАРСЫ» - 0 дауыс; «Қалыс қалғандар» - 0 дауыс.

Тендерлік комиссияның төрағасы

Тендерлік комиссияның мүшелері:



[Signature]

М.С. Кузембаев

[Signature]

А.И.Жаманова

[Signature]

И.Е.Валиева

[Signature]

Т.Т. Қойшыманов

[Signature]

Г.У. Нурмагамбетова

Тендерлік комиссияның хатшысы:

[Signature]

Ж. Д. Воронкова