

№ 13 хабарландырубойынша №3 хаттама

Қостанай облысы әкімдігінен саулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ЖИТС-тыңалдыналу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" КМК медициналық бұйымдарды сатыпалу бойынша тендердің қорытындылары туралы.

Қостанай қ.

2021 жыл 22 сәуір

Тендерлік комиссия келесі құрамда:

А.Г.Чижков – бас дәрігердің орынбасарының м.а.; А.И.Жаманова – бас дәрігердің орынбасарының; И.Е. Валиева - бас бухгалтер; Т.Т. Қойшыманов - диагностикалық зертхананың меңгерушісінің м.а.; Г.У. Нурмагамбетова – заңгер-кеңесші; Ж.Д. Воронкова – бухгалтер.

Тапсырыс беруші тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізбеген.

Лоттар бойынша сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы, бірлік бағасы және сомасы:


лот №	Атауы	Бірлік үшін бағасы	Сомма, теңге
1	Полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісімен клиникалық материалда жаңа коронавирус 2019-nCoV РНҚ анықтауға арналған реагенттер жинағы	90	15 750 000

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді келесі әлеуетті жеткізушілер ұсынды:

№	Өнім берушінің атауы, мекенжайы	Өтінімді беру күні және уақыты
1	"Компания СӨТТІЛІК LTD " ЖШС Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі 37/3 үй 38	20.04.2021 ж. 15 сағат 18 минут
2	"Halyk Medikal Company" ЖШС, Алматы қ., Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 458 үй, 206 кеңсе	20.04.2021 ж. 15 сағат 50 минут
3	"Hydramed" ЖШС Нұр-сұлтан қ., Алматы ауданы, Бейімбет Майлин к-сі, 11 үй	20.04.2021 ж. 15 сағат 52 минут
4	ЖК "Invitro" Қостанай қаласы, "Амангелді" тұрғын алабы, Миляев көшесі 39/1	20.04.2021 ж. 16 сағат 00 минут

Әлеуетті жеткізушілер ұсынған баға ұсыныстары және тендерлік өтінімдерді салыстыру:

Лот №	ММБ техникалық ерекшелігі	саны	Лот бойынша жалпы сомма	Берілген тапсырыс саны	Жалпы сомасы лот бойынша	Өнім берушінің атауы
1	2	3	4	5	6	7
1	Реагенттер жинағы нақты уақыт режимінде біріктірілген кері транскрипция және полимеразды тізбекті реакция (ОТ-ПТР) әдісімен мұрыннан, жұтқыншақтан және/немесе ауыз қуысынан жағынды алу кезінде алынған клиникалық материал сынамаларынан бөлінген нуклеин қышқылы препараттарындағы SARS-CoV-2 коронавирусының РНҚ-ны бөлуге және сапалы анықтауға арналған. Амплификация арналған жинақтар 1 нысанадан аспайтын (<i>orf 1ab</i> гені) анықтауға мүмкіндік беруі тиіс. Флуоресценция сигналдары бір - біріне тәуелсіз келесі арналар бойынша	90	15 750 000	4	13 230 000	"Компания СӨТТІЛІК LTD " ЖШС



тіркеледі: – FAM-SARS-CoV - 2
коронавирусының ДНҚ-ға; -Hex-ІБҮ
(ішкі бақылау ОТ-ПТР). Жинаққа
қосымша зерттеулер санына сәйкес
тасымалдау ортасы қоса берілуі тиіс.
Реагенттер жинағы бақылау үлгілерін
қоса алғанда 96 талдауға есептелген
және НҚ экстракциясын және
амплификацияны жүргізуді қамтамасыз
етуі тиіс, реакциялық қоспа екі
компоненттен тұрады және
пробиркаларға өлшеніп салынған.
Жинақтың құрамы:

- "ЛЕ" - лизациялайтын ерітінді-1 құты
(30,0 ± 0,5 мл). - "ПР" -
преципитациялауға арналған реагент-2
құты (30,0 ± 0,5 мл). - "ЖЕ - 1" - №1
жуу ерітіндісі-2 құты (25,0 ± 0,5 мл). -
"ЖЕ - 2" - №2 жуу ерітіндісі-2 құты
(25,0 ± 0,5 мл). - "ЕБ" - ерітуге арналған
буфер-1 құты (10,0 ± 0,1 мл). - "ІБҮ" -
ішкі бақылау үлгісі (табиғатта
кездеспейтін виртуалды жүйелілік) - 1
пробирка (120 ± 10 мкл). - "Микс - ОТ"
- ОТ ПТР арналған реакциялық қоспа -
1 пробирка (1,3 ± 0,1 мл). - "DP-қоспа" -
генспецификалық олигонуклеотидті
праймерлер мен флуоресценттік
таңбаланған зонд қоспасы - 1 пробирка
(200 ± 10 мкл). - "ОБ" - оң бақылау,
құрамында SARS-CoV-2 вирусының
ДНҚ-ға ерекше фрагменттері бар (гендік-инженерлік құрылымдардың
құрамында) - 1 пробирка (120 ± 10
мкл). - "ТБ" -теріс бақылау, құрамында
SARS-CoV-2 вирусының ДНҚ-ға
ерекше фрагменттері жоқ -1 пробирка
(1,5 ± 0,1 мл). - "К (-)" -
контаминацияны теріс бақылау-1
пробирка (120 ± 10 мкл). - Пайдалану
жөніндегі Нұсқаулық (1 дана); -
Аналитикалық паспорт (сапаны
бақылау паспорты). 1.1. Сезімталдық
Реагенттер жинағының сезімталдығы
құрамында SARS-CoV-2 вирусының
белсенді емес РНҚ-ы бар және жоқ
"Анти-SARS-CoV-2-ПТР-СТ"
үлгілерінің бақылау панелін қолдану
арқылы анықталды. Жалған теріс
нәтижелері жоқ бақылау панелінің
үлгілері бар реагенттер жинағының
сезімталдығы кемінде 100% болуы тиіс.
1.2. Аналитикалық сезімталдық
(анықтау шегі). Реагенттер жинағын
анықтау шегі жасанды синтезделген
SARS-CoV-2 РНҚ-ы бар ОБТК
аттестатталған, "SARS-CoV-2-ПТР-
АШ" үлгілерінің бақылау панелін
қолдану арқылы анықталды және ол
талданатын үлгінің 1 мл-де SARS-CoV-
2 коронавирусының РНҚ-ның 1,0×103
данасын құрайды. 1.3. Ерекшелігі
Реагенттер жинағының ерекшелігі
құрамында SARS-CoV-2 вирусының
белсенді емес РНҚ-ы бар және жоқ
"Анти-SARS-CoV-2-ПТР-СТ"

15 120 000

"Halyk Medikal
Company"
ЖШС

15 750 000

"Hydramed"
ЖШС

10 152 000

"Invitro" ЖК

[Handwritten signatures and initials]

үлгілерінің бақылау панелін қолдану арқылы анықталды. Жалған теріс нәтижелері жоқ бақылау панелінің үлгілері бар реагенттер жинағының ерекшелігі кемінде 100% болуы тиіс. 1.4. Аналитикалық ерекшелігі. Реагенттер жинағының аналитикалық ерекшелігі респираторлық инфекцияларының нуклеин қышқылдарының үлгілерін зерттеу арқылы анықталуы керек: респираторлық инфекцияларының қоздырғыштары: А және В типті тұмау вирустары, респираторлық-синцитиальды вирусы (РСВ), парагрипп вирустары, риновирустар, аденовирустар, адам метапневмовирустары, MERS-CoV, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza type B, Legionella. 1.5. Интерференциялайтын заттар (ингибиторлар). Мұрыннан, жұтқыншақтан және/немесе ауыз қуысының жағындылардағы муциннің (көлемі бойынша 5%-ға дейін) немесе жаңа алынған қанның (көлемі бойынша 5%-ға дейін) құрамы талдау нәтижесіне әсер етпейді. Жинақтың диагностикалық сезімталдығы: (ДИ 95%: 98,81% - 100%). Жинақтың диагностикалық ерекшелігі (ДИ 95%: 99,01% - 100%). Қолдану бойынша бекітілген Нұсқаулықтың бар болуы				
---	--	--	--	--

Отклоненные тендерные заявки и основание для отклонения:

№ п/ п	№ лота	Поставщик	Причина отклонения
1	1	"Компания СӨТТІЛІК LTD " ЖШС	«Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы №347 Қаулысының 3-параграфы 81- тармағы 12-тармақшасын бұза отырып - Өнім беруші тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынды. Біздің тендерлік өтінімде мыналар көрсетілген: лизирлеуші ерітінді - 1 құты (30,0 ± 0,5 мл), преципитациялауға арналған реагент - 2 құты (30,0 ± 0,5 мл), №1 жуу ерітіндісі - 2 құты (25,0 ± 0,5 мл), №2 жуу ерітіндісі - 2 құты (25,0 ± 0,5 мл), ерітуге арналған буфер - 1 құты (10,0 ± 0,1 мл), ішкі бақылау үлгісі (табиғатта кездеспейтін виртуалды реттілік) - 1 пробирка (120 ± 10 мкл), ОТ-ПТР үшін реакциялық қоспа - 1 пробирка (1,3 ± 0,1 мл), генспецификалық олигонуклеотидті праймерлер мен флуоресцентті таңбаланған зондтың қоспасы 1 пробирка (200 ± 10 мкл), оң бақылау, SARS-CoV-2 вирусының ДНҚ-ның нақты фрагменттері бар (гендік-инженерлік құрылымдардың құрамында) - 1 пробирка (120 ± 10 мкл), теріс бақылау, SARS-CoV-2 вирусының ДНҚ - ның нақты фрагменттері жоқ - 1 пробирка (1,5 ± 0,1 мл), контаминацияны теріс бақылау-1 пробирка (120 ± 10 мкл). Сіздің тіркеу куәлігіңізде жоғарыда көрсетілген барлық параметрлер жоқ.
2	1	ИП «Invitro» ЖК	«Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы №347 Қаулысының 3-параграфы 81- тармағы 12-тармақшасын бұза отырып - Өнім беруші тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынды. Біздің тендерлік өтінімде: 1 нысанадан артық емес анықтау (orf lab гені).

			жиынтықтағы тест саны 96, преципитация үшін реагент 30 мл-ден 2 құты, контаминацияны теріс бақылау 1 пробирка 120 мкл көрсетілген. Сіздің тіркеу куәлігіңізде: 3 нысана бойынша анықтау, жиынтықтағы тест саны 100, НК тұнбасы 1 құты 40 мл, контаминацияны теріс бақылау көрсетілмеген, сондай-ақ ұсынылған техникалық сипаттама тіркеу куәлігіне сәйкес келмейді. В нарушение пп.23) п.81, параграфа 3 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 347 «Правила организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг». – Поставщик предоставил тендерную документацию не заверенной подписью руководителя.
3	1	"Hydramed" ЖШС	«Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы №347 Қаулысының 3-параграфы 81- тармағы 15-тармақшасын бұза отырып - Медициналық бұйымға Қазақстан Республикасының тіркеу куәлігі жоқ, өнім беруші басқа ЖШС ресімделген ҚР-ға бір реттік әкелуге рұқсат берді

Тендер қорытындыларын шығару кезінде тендерлік комиссия Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы № 347 "Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары" қаулысын, сондай-ақ Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы "ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы" КМК бекітілген тендерлік құжаттамасын басшылыққа алды.

Ұсынылған тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша тендерлік комиссия шешімі:

№1 лот бойынша - Қағидалардың 4-тармағының 84-тармағының 4) тармақшасына сәйкес (егер бір әлеуетті жеткізуші жіберілген болса), тендерді өткізілмеген деп жариялаңыз.

«Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу ережелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы № 347 қаулысының 82-тармағының 9-тарауының негізінде екінші тендер өткізіледі тендердің мазмұны мен шарттарын өзгерту.

«Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу ережелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы №347 қаулысының 11-тарауының 116-тармағының 4) тармақшасы негізінде, негізінде медициналық құралдарды «Полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісімен клиникалық материалда жаңа коронавирус 2019-нCoV РНҚ анықтауға арналған реагенттер жинағы» бір көзден сатып алу.

Бір көзден сатып алуға қатысуға шақыруды «Halyk Medikal Company» ЖШС жеткізушісіне жалпы сомасы 4 200 000,00 теңгені құрайтын 25 жиынтықта жіберіңіз.

Медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендердің қорытындылары туралы хаттаманы сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырсын.

Сарапшылар тартылған жоқ.

«ИЯ» – 5 (бес) дауыс.

«ҚАРСЫ» - 0 дауыс;

«Қалыс қалғандар» - 0 дауыс.

Тендерлік комиссияның төрағасы

Тендерлік комиссияның мүшелері:



[Signature]

А.Г. Чижков

[Signature]

А.И.Жаманова

[Signature]

И.Е.Валиева

[Signature]

Т.Т. Қойшыманов

[Signature]

Г.У. Нурмагамбетова

[Signature]

Ж. Д. Воронкова

Тендерлік комиссияның хатшысы: