

**Баға ұшыныстарын сұрату тәсілімен  
Медициналық бұйымдарды сатып алу жөніндегі  
№18 хабарландыру бойынша қорытынды хаттама**

Қостанай қ.

27 мамыр 2021 ж.

1. Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» ҚМК мемлекеттік сатып алудың тапсырыс берушісі "Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесі" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы №347 қаулысына өзгерістер енгізу туралы...» (бұдан әрі мәтін бойынша - Қағида) Қаулысына сәйкес баға ұшыныстарын сұрату тәсілімен тауарды сатып алуды өткізді:

Баға ұшыныстары сатылған конверттерді ашу күні 26 мамыр 2021 жыл 10 сағат 30 минут.

2. Баға ұшыныстары бар конверттерді ашу рәсіміне «Локал Фарм» ЖШС әлеуетті жеткізушісінің өкілі - Шайхислямов Азамат 2021 жылдың 26 мамырындағы №1 сенімхат бойынша қатысты. Конвертті ашу процедурасына қатысты ешқандай ескертулер мен шағымдар жоқ

3. Сатып алынатын тауарлардың қысқаша сипаттамасы және бағасы:

Дәрі №	Тауардың атауы	Өлш бір.	Саны	Сомма, теңге
1	Биодистиллятор.			
2	Зертханалық центрифуга	дана	1	423 859.00
3	Автоматты биохимиялық	дана	1	879 840.00
4	Автоматты гематологиялық анализатор	дана	1	4 910 000.00
5	Бу стерилизаторы жарғылай автоматты	дана	1	5 000 000.00
				2 420 000.00

4. Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұшыныстарын ұсынды:

№	Тауар атауы	Өлшем бірлігі	Сатып алу көлемі	Сатып алуға бөлінген сомма	Жеткізушінің жағдайы сомасы	Отінділі беру күнімен ұақылы	Жеткізушінің атауы
1	<b>Биодистиллятор.</b> Дистилденген және биодистилляцияланған сұйық өндіру. Дистилляция өлшеудің қатысуымен екінші рет айдау үшін дистилляцияның 2-ші сатысының бұлану камерасына реактивтер қою мүмкіндігі. Корпуге және негізгі бөлшектер AISI 321/AISI 304 тот баспайтын болаттан жасалған. Орындау-тот баспайтын болаттан жасалған моноблок үстел үсті орналасуына және қабырғата бекіту мүмкіндігіне арналған реттелетін тіректермен. Пайдаланушы персоналды жылту мүмкіндігіне жабдықтың жұмыс істейтін элементтерімен жанауудан қорғайтын тот баспайтын	дана	1	423859	0	0	0

<p>2</p> <p>Зертханалық центрифуга. Ротордың айналу жылдамдығы 100-ден 3500 айпн мин. Пайдаланылатын роторлардың саны үшін - 4 ротор. Максималды центрифугалық күш 2300 ОЦУ. Айналу жылдамдығын қолдау дәлдігі <math>\pm 0.5\%</math>. Таймердің диапазоны 1-99 мин. Қондырғының дискреттілігі: ротордың айналу жылдамдығы: 100 айпн мин. центрифугалық күш: 100 ОЦУ. Таймер: 1 мин. Тежеу дәрежелерінің саны 6 дана. 1м қашықтықтағы шу деңгейі 55 дБа) артық емес. Жұмыс температурасының диапазоны +10-нан 40°C-қа дейін. Түтіктердің рұқсат етілген жалпы теңгерімсіздігі 5 г аспайды. Қоршанған ортаның рұқсат етілген ылғалдылығы 80% құрайды. 220V. 50-60Гц желісінен қуат. Рұқсат етілген кернеу диапазоны 100-240 В. Максималды қуат тұтыну 250 Вт. Құрылғының лаборттік өлшемдері (ұзындығы x ені x биіктігі) 430x410x220мм. Адаптерлер саны 12. Түтіктердің максималды көлемі 12 мл. Максималды пробиркалардың мөлшері 115 x 16.8 мм. Центрифугтаудың максималды жылдамдығы 3500 айпн мин.</p>	дана	1	879840	878 000	21.05.2021 10:30	«Буран» ЖШС
<p>3</p> <p>Автоматты биокумиялық фотометриялық тестер үшін 180 тест/сағ және 18Е тестілері үшін 540 тест/сағ. 1кемелі орналау параметрлері бар үлкен бөлім. Үлгілердің 40-80 позиция және реакценттердің 40-80 позициясы. Толық қан анализі, сұйық сапасын және көпшіліктерін бар болуын бақылау арқылы НbА1c тестілеу функциясы. Сұйық аз тұтыну: 2.4 мл/тест аз. Реакцияның минималды көлемі: 100 микролитр. Шағын даяқпн, көз-көптеп зертханата орналастыруға болады. Тестінің түрлері колориметрия, турбидиметрия.</p>	дана	1	4910000	4 200 000	26.05.2021 08:35	«МЕДОПТИМУ М» ЖШС
<p>4</p> <p>Автоматты гематологиялық анализатор. 5-diff анализаторы: есеп үшін 24 параметр. 10 зерттеу параметрлері. 4 программа және 1 ескерткіші бар. Жасушаларды бояу технологиясымен біріктірілген атынды цитометрия технологиясы. Жаңа алынған және алдын ала сұйылтылған қанды зерттеу</p>	дана	1	5000000	5 000 000	24.05.2021 12:05	«Hydramed» ЖШС
<p>4 995 000</p> <p>24.05.2021</p> <p>«Lab Test</p>						

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

<p>мүмкіндігі. Сынамағарды автоматты түрде беру, пробиркалардың 4 түрі үшін шұғыл сынамағарды бар болуы. Үлгіні зерттеудің жоғары жылдамдығы. Ашық реактивтік жүйе. Гемоглобинді анықтаудың инандісіз әдісі. Өнімділік: сағатына 60 үлгі, 100 000 нәтижеге арналған жады. ДАЖ кобылу мүмкіндігі. Ылғайлы пайдаланушы интерфейсі бар сыртқы компьютер. Өлшеу принципі: жасушалардың химиялық бояуы бар ағынды штометрия технологиясы. СВС режиміндегі үлгінің көлемі, артық емес: тұтае қан - 10 мкл. Алдын ала арағастыру режимі-40 мкл. СВС-ДНҒ режиміндегі үлгінің көлемі, артық емес: тұтае қан - 20мкл; тұтае қан-20мкл. Сынама алу режимі: көлмен және автоматты. Конвейердің сығымдылығы 50 үлгіден кем емес. Жады, кем дегенде 100 000 пациент нәтижелері, оның ішінде екатерограммалар, пистограммалар және пациенттер тұрады ақпарат. Қан арағастыру принципі-үлгіні автоматты түрде арағастыру. Дозалау жүйесі-үлгінің белгілі бір мөлшерін алу үшін жоғары дәлдіктегі қапандарды пайдалану. Сынама беріліштің жұмысы-үлгілерді үздіксіз автоматты түрде беру. Жетек талдау жүргізуудің бар болуы 3 тәуелсіз арнаға негізделген лейкоциттерді санауды автоматты бақылау. Сыртқы принтер. Анализаторды сыртқы компьютердің көмегімен басқару.</p>									<p>12:10 Diagnosis» ЖШС</p>
<p><b>Бу стерилизаторы жартылай автоматты.</b> Камера көлемі, л 75. Стерилизатор тұтынатын қуат, кВт, 6,5 артық емес. Салмағы, кг, 93-тен аспайды. Стерилизатордың габариттік өлшемдері (ЕxГxБ) мм 790x550x1096. Жұмыс камерасының ішкі өлшемдері, (ДиамxТ) мм 400x661. Бу генераторындағы және стерилидеу камерасындағы жұмыс қысымы, Мпа, 0,27 артық емес. Алдын ала орнатылған стерилидеу режимдері, 132С - 20 мин, 120С-45 мин. Стерилизаторды қыздыру уақыты, артық емес, мин 30.</p>	дана	1	2420000	1 510 000	21.05.2021 10:30	«Бұрдап8» ЖШС			<p>«ADAL МЕДИКА KAZAKHSTAN » ЖШС</p>
				2 420 000	24.05.2021 12:05	«Нудтамед» ЖШС			<p>«Lab Test Diagnostics» ЖШС</p>
				2 405 000	24.05.2021 12:10				<p>«Тева» ЖШС</p>
				1 569 913	25.05.2021 14:45				<p>«Тева» ЖШС</p>
				1 268 830	26.05.2021 09:25	Түкешов Арман Қажымұқанови Ч ЖС			

5. №1 топ бойынша - Қандағардың 10-тарауының 112-тармағына сәйкес сатып алу өтпелі деп танылсын.

5. Лоттар бойынша №2, №3, №4, №5 - Ереженің 10-тарауының 112-тармағына сәйкес сатып алу өткізілген деп танылды. Лоттар бойынша жеңімпаздарды анықтау және келесі жеткізүшілермен шарт жасау:

1) «Бұран8» ЖШС, БСН 130740005260, Қостанай қ. Қарбышева к-сі, 11, 20 пәтер - №2 лот бойынша, жалпы сомасы 878 000,00 теңге;

2) «Лосал Рһагһт» ЖШС БСН 170540002535, Алматы қ. Бостандық ауданы, Гагарин даңғылы, 133/2 үй, 64 пәтер - №3, №4 лоттар бойынша жалпы сомасы 6 680 000,00 теңге;

3) Түкешов Арман Қажымұханович ЖК ЖСН 800923301608, Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі 115, 71-пәтер, №5 лот бойынша, жалпы сомасы 1 268 830,00 теңге;

6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.05.2019 ж. №347 қаулыының 113-тармағы 10-тарауының негізінде жеңімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде сатып алулы ұйымдастырушына біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады. Жеңімпаз біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда баға ұсыныстары тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

7. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындыларының хаттамасын Тапсырыс берушінің интернет-ресурсында орналастыру.

Комиссия мүшелері:



М.С. Күзембаев

И.Е. Вапиева

А.И. Жаманова

Г.У. Нұрмағамбетова

Комиссия хатшысы:

Ю.В. Феофилактова

Ж.Д. Воронкова