

№ 21 хабарландырубойынша №3 хаттама

Қостанай облысы әкімдігінен саулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ЖИТС-тыңалдыналу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" КМК медициналық бұйымдарды сатыпалу бойынша тендердің қорытындылары туралы.

Қостанай қ.**2021 жыл 23 шілде**

Тендерлік комиссия келесі құрамда:

А.И.Жаманова – бас дәрігердің орынбасарының, А.Г.Чижков – бас дәрігердің орынбасарының м.а., 16.07.2021 жылғы №214-Л "Еңбек демалысын беру туралы" бұйрықтың негізінде болмаған; И.Е. Валиева - бас бухгалтер; Т.Т. Қойшыманов - диагностикалық зертхананың меңгерушісінің м.а.; Г.У. Нурмагамбетова – заңгер-кеңесші; Ж.Д. Воронкова – бухгалтер.

Тапсырыс беруші тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізбеген.

Лоттар бойынша сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы, бірлік бағасы және сомасы

лот №	Атауы	Бірлік үшін бағасы	Сомма, теңге
1	CD4, CD8 Facs Count диагностикалық жиынтықтар	10	5 771 000
2	CD4, CD8 Facs Count бақылау жиынтықтары	1	276 181
3	Facs Count Clean дезинфекциялық құралы	1	39 314
4	Facs Rins шаю суы	1	39 314
5	BD Facs Flow Sheath fluid ағын сұйықтығы	1	39 314
6	Цитометрге арналған қағаз	1	10 670

Әлеуетті жеткізушілер ұсынған баға ұсыныстары және тендерлік өтінімдерді салыстыру:

лот №	ММБ техникалық ерекшелігі	сан ы	Лот бойынша жалпы сомма	Берілген тапсырыс саны	Жалпы сомасы лот бойынша	Өнім берушінің атауы
1	2	3	4	5	6	7
1	Диагностикалық жиынтық құрамында екі флюорохромы бар конъюгирленген моноклоналды антиденелер қоспасы бар 50 қосарланған реагенттер жинағынан және флюорохром-интеграцияланған полистирол шариктердің белгілі санынан тұрады. Әрбір жұпта бірінші түтікшеде CD4 және CD3 антиденелер бар, ал екіншісінде CD8 және CD3 бар. Жинақта 50 жұп пробирка дайындауға жеткілікті формальдегидті бекіткіштің (бекіткіш ерітіндісінің) екі көпіршігі бар. 50 анықтамаға.	10	5 771 000	0	0	0
2	Бақылау жиынтығы - лимфоциттер индексінің төрт деңгейіне ұқсас біріктірілген флюорохромы бар полистирол шариктердің (2 μm) жұп жинағынан тұрады: 1) нөлдік, 2) төмен - 50 шарик/μL, 3) орташа - 250 шарик/μL және жоғары - 1000 шарик/μL. Бақылау жиынтығы 25 анықтамаға арналған.	1	276 181	0	0	0
3	BD FACS ағынды цитометрлерге арналған түссіз тазарту ерітіндісі пайдалануға дайын. Көлемі 5л пластикалық контейнерлерде жеткізіледі, натрий гипохлориді бар.	1	39 314	0	0	0
4	«FACSCalibur» ағынды цитофлуориметріне арналған жұмыс аяқталғаннан кейін аспап жүйесін	1	39 314	0	0	0

