

№ 23 хабарландырубойынша №3 хаттама

Қостанай облысы әкімдігінен саулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ЖИТС-тыналдыналу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" КМК медициналық бұйымдарды сатыпалу бойынша тендердің қорытындылары туралы.

Қостанай қ.

2021 жыл 23 тамыз

Тендерлік комиссия келесі құрамда:

М.С. Кузембаев – бас дәрігер; А.И.Жаманова – бас дәрігердің орынбасарының; И.Е. Валиева - бас бухгалтер; Т.Т. Қойшыманов - диагностикалық зертхананың меңгерушісінің м.а.; Г.У. Нурмагамбетова– заңгер-кеңесші; Ж.Д. Воронкова – бухгалтер.

Тапсырыс беруші тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізбеген.

Лоттар бойынша сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы, бірлік бағасы және сомасы

лот №	Атауы	Бірлік үшін бағасы	Сомма, теңге
1	5 бөлікке арналған (500 мл) * 4 лизис ерітіндісі	8	1 523 200
2	5 бөлікке арналған (100 мл) * 4 лизис ерітіндісі	8	870 400
3	5 бөлікке арналған тазартқыш (50 мл)	7	65 450
4	Сұйылтқыш	6	255 000
5	Көлік ортасы (түрлендірілген)	20 000	8 000 000

Әлеуетті жеткізушілер ұсынған баға ұсыныстары және тендерлік өтінімдерді салыстыру:

лот №	ММБ техникалық ерекшелігі	саны	Лот бойынша жалпы сомма	Берілген тапсырыс саны	Жалпы сомасы лот бойынша	Өнім берушінің атауы
1	2	3	4	5	6	7
1	КТ-6610 Автоматты гематологиялық талдағышқа арналған лизирлеуші ерітінді. Жүйесі: жабық Орау ерекшелігі:500 мл. Негізгі құрамы: Na2SO4, сыртқы-белсенді зат, пропиленгликоль. Сақтау және транспорттау: 2 °С тан 30 °С ка дейінгі температурада сақтау керек. DIFF lyse сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 2 жылды құрайды. 15 °С тан 30 °С ка дейінгі температурада сақтау кезінде ашылған реагенттің жарамдылық мерзімі 60 күнді құрайды. Үлгілерге талап: Үлгілерді іріктеу кезінде агломерация және ластану болмауы тиіс, үлгілерді 4 сағат ішінде пайдалану қажет. Референстік маңызы: Қолданылмайды Тиімділік көрсеткіштері: Бұл өнім түссіз мөлдір сұйықтық, шөгіндісіз, түйіршіктер мен флокулаларсыз болуы керек. Бос сынаманың мәні: WBC≤0,2 × 10 ⁹ / л, HGB≤1 г / л	8	1 523 200	1	1 523 200	"ТехМедСервис" ЖК
2	КТ-6610 Автоматты гематологиялық талдағышқа арналған лизирлеуші ерітінді. Жүйесі: жабық Орау ерекшелігі:100 мл. Негізгі құрамы: сыртқы-белсенді зат, буфер, антибактериалдық құралдар. Сақтау және транспорттау:2 °С тан 30 °С ка дейінгі температурада сақтау керек. LH lyse сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 2 жылды құрайды. 15 °С тан 30 °С ка дейінгі температурада сақтау кезінде ашылған реагенттің жарамдылық мерзімі 60 күнді құрайды. Үлгілерге талап:	8	870 400	1	870 400	"ТехМедСервис" ЖК

(Handwritten signatures and stamps)

	Үлгілерді іріктеу кезінде агломерация және ластану болмауы тиіс, үлгілерді 4 сағат ішінде пайдалану қажет. Референстік маңызы: Қолданылмайды. Тиімділік көрсеткіштері: Бұл өнім түссіз мөлдір сұйықтық, шөгіндісіз, түйіршіктер мен флокулаларсыз болуы керек. Бос сынаманың мәні: $WBC \leq 0,2 \times 10^9 / л$, $HGB \leq 1 г / л$					
3	КТ-6610 Автоматты гематологиялық талдағышқа арналған сынама тазартқыш. Жүйесі: жабық Орау ерекшелігі: 50 мл. Негізгі құрамы: Сактау және транспорттау: 2 °C тан 30 °C қа дейінгі температурада жабық флакондарда- 2 жыл сақтау керек. 15 °C тан 30 °C қа дейінгі температурада сақтау кезінде ашылған реагенттің жарамдылық мерзімі 30 күнді құрайды. Тиімділік көрсеткіштері: Бұл өнім түссіз мөлдір сұйықтық, шөгіндісіз, түйіршіктер мен флокулаларсыз болуы керек. Бос сынаманың мәні: $WBC \leq 0,2 \times 10^9 / л$, $RBC \leq 0,02 \times 10^{12} / л$, $HGB \leq 1 г / л$, $10 \times 10^9 / л$	7	65 450	1	65 450	"ТехМедСервис" ЖК
4	КТ-6610 Автоматты гематологиялық анализаторына арналған еріткіш. Жүйесі: жабық Орау ерекшелігі: 20 мл Негізгі құрамы: Сактау және транспорттау: 2 °C тан 30 °C қа дейінгі температурада жабық флакондарда- 2 жыл сақтау керек. 15 °C тан 30 °C қа дейінгі температурада сақтау кезінде ашылған реагенттің жарамдылық мерзімі 30 күнді құрайды. Тиімділік көрсеткіштері: Бұл өнім түссіз мөлдір сұйықтық, шөгіндісіз, түйіршіктер мен флокулаларсыз болуы керек.	6	255 000	1	255 000	"ТехМедСервис" ЖК
5	Вирустарға, микоплазмаларға және хламидиоздарға (модификацияланған) арналған көлік ортасы (жүйе) жинақтау үшін арналған және кейіннен вирустарға зерттеу үшін зертханаға дейін жинау орнынан клиникалық үлгілерді транспорттау, соның ішінде коронавирус, герпес симплексі вирусы, аденовирус, А типті тұмау вирусы (H1N1, H5N2, H3N2), тыныс алу синцитиальды вирус, энтеровирус, паротит вирусы, риновирус, микоплазма мен хламидиоз ПТР зерттеу үшін және вирустарды оқшаулау үшін қолданылады. Қызыл түсті стерильді мөлдір сұйықтық, опалесценциясыз және тұнбасыз, адам мен жануарлардың жасушалық дақылдарына қатысты уытты емес. рН 250C кезінде: $7,3 \pm 0,3$. CVTR ортасы-3,0 мл. стерильді мұрын тампоны (полиэстер тупфері) жеке оралған. 3. Стерильденген фарингеальді тампон (полиэстерден жасалған тупфер) жеке-жеке оралған. 4. Жазуға арналған жапсырма 400,00 Шығару нысаны: жиынтық қағаз орамаға жартылай оралған: 1. CVtr ортасы - полистирол сынамасында 3,0 мл; 2. Зарарсыздандырылған мұрын тампоны (полиэстерден жасалған тупфер) жеке оралған; 3. Стерильденген фарингеальды тампон (тупферизполиэстер) жеке оралған. Екінші	20 000	8 000 000	1	7 600 000	«Антиген» ЖШС ғылыми - өндірістік кәсіпорны

қаптама: жинақ қораптарға салынған. Әр қорапта қолдану жөніндегі нұсқаулық бар; Сақтау шарттары/тұрақтылық: көлік жүйесі бар түтіктерді сақтау және қараңғы жерде +2°C-тан +8 ° C-қа дейінгі температурада тасымалдау керек. Жарамдылық мерзімі: 12 ай;								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Тендер қорытындыларын шығару кезінде тендерлік комиссия Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04.06. № 375 "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары" ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы" КМК бекітілген тендерлік құжаттамасын басшылыққа алды.

Ұсынылған тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша тендерлік комиссия шешімі:

Лоттар бойынша №1, №2, №3, №4, №5 - Қағидалардың 4-параграфының 72-тармағының негізінде тендер өтпеді деп танылсын (егер тендер тұтастай немесе қандай да бір лот тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін бір ғана өтінім беру негізі бойынша өтпеді деп танылса, онда тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осы өтінімді берген әлеуетті өнім берушіден бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асырады).

Мынадай әлеуетті өнім берушілермен шарт жасасу:

- 1) ЖК" ТехМедСервис " ЖСН 941106350536 лоттар бойынша №1, №2, №3, №4 жалпы сомасы 2 714 050.00 (екі миллион жеті жүз он төрт мың елу) теңге, 00 тиын;
- 2) "Антиген" ғылыми-өндірістік кәсіпорны БСН 980340000548 №5 лот бойынша жалпы сомасы 7 600 000.00 (жеті миллион алты жүз мың) теңге, 00 тиын.

Медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендердің қорытындылары туралы хаттаманы сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырсын.

Сарапшылар тартылған жоқ.

«ИЯ» – 5 (бес) дауыс. «ҚАРСЫ» - 0 дауыс; «Қалыс қалғандар» - 0 дауыс.

Тендерлік комиссияның төрағасы

М.С.Кузембаев

Тендерлік комиссияның мүшелері:



А.И.Жаманова

И.Е.Валиева

Т.Т. Қойшыманов

Г.У. Нурмагамбетова

Тендерлік комиссияның хатшысы:

Ж. Д. Воронкова