

Протокол № 3 по объявлению №11

об итогах тендера по закупке медицинских изделий КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗАКО.

г. Костанай

19 апреля 2022 г.

Тендерная комиссия в следующем составе:

Чишков А.Г. –заместитель главного врача, заместитель председателя тендерной комиссии;
Валиева И.Е. – главный бухгалтер, член тендерной комиссии; Феофилактова Ю.В. – врач-лаборант, член тендерной комиссии; Нурмагамбетова Г.У.– юристконсульт, член тендерной комиссии; Воронкова Ж.Д. – бухгалтер, секретарь тендерной комиссии.

Кузембаев Марат Серикбаевич – главный врач, председатель тендерной комиссии; отсутствует на основании приказа №88-Л от 06.04.2022 г. «О предоставлении трудового отпуска»

Заседание тендерной комиссии состоится и будет проводится на условиях участия не менее двух третей от общего числа на основании пункта 45 главы 8 ПП РК 375 от 04.06.2021г.

Заказчиком изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками заявками не присутствовали представители потенциальных поставщиков.

Замечаний, претензий, предложений по ведению процедуры вскрытия конвертов у присутствующих не было.

Наименование, цена за единицу и сумма закупаемых медицинских изделий по лотам:

| № лота | Наименование | Кол-во | Сумма, тенге |
|--------|--|--------|--------------|
| 1 | Набор реагентов «Стандарт ВИЧ-1 АГ р24(+)». Стандартный биологический материал, содержащий антиген р24 к вирусу иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) | 10 | 1 450 000,00 |
| 2 | CD4 – картриджи CD4 (100 шт/уп) | 10 | 7 900 000,00 |
| 3 | CD4 - контрольные картриджи с флуоресцентными микрогранулами для измерения нормального и низкого уровня CD4. | 1 | 82 000,00 |

Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие поставщики:

| № | Наименование поставщика, адрес | Дата и время подачи заявки |
|---|---|----------------------------------|
| 1 | ТОО «Halyk Medical Company», г.Алматы, Акмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 458, офис 206. БИН170340032567 | 11.04.2022года 09 часов 00 м. |
| 2 | ТОО «МЕДОПТИМУМ», г.Нур-Султан, проспект Сарыарка,31/2,ВП-32, 11 этаж, БИН 160640015675 | 14.04.2022года 12 часов 05 м. |

Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления тендерных заявок:

| № лота | Наименование ИМН | Ко л-во | Общая сумма по лоту | Кол-во поданный заявок | Заявленна я общая сумма поставщи ка по лоту | Наименован ие поставщика |
|--------|---|---------|---------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | «Стандарт ВИЧ-1 АГ р24(+)»- сухая пористая масса белого цвета. Реагент 1 сухая пористая масса светло-желтого цвета. Лиофилизированные образцы панели должны быть ГЕРМЕТЕЗИРОВАННЫ во флаконах после заполнения их защитным газом (азотом) при атмосферном давлении. | 10 | 1 450000 | 1 | 1 449 000 | ТОО «Halyk Medical Company» |



| | | | | | | | |
|---|---|----|----------|---|----------|--|-------------------------|
| | <p>Объем сыворотки в каждом контроле 1,0±0,020. Реагенты прозрачные бесцветные или светло-желтого цвета расворы, без осадка, допускается опалесценция. «Стандарт ВИЧ-1 АГ р24(+))» содержит рекомбинантный антиген р24 (ВИЧ-1) в концентрации 200 пг/мл, оттитрован по стандарту «ANTIGEN STANDART HIV 1». Регидратированный Стандарт ВИЧ-1 АГ р24(+))» дает положительную реакцию в иммуноферментных тест-системах для выявления антигена р24 (ВИЧ1). Реагент1- не содержит антиген р24 (ВИЧ1), антитела к ВИЧ 1,2, поверхностный антиген к вирусу гепатита В, антитела к вирусу гепатита С, антитела к Treponema Pallidum. Дает отрицательную реакцию в иммуноферментных тест-системах для выявления антигена р24 (ВИЧ1), инактивирован при 56° С в течение 3- часов. Срок годности 5 лет. Условия хранения в сухом месте при температуре от 2 до 8 °С. Транспортирование при температуре от 2 до 8 °С. Замораживание не допускается.</p> | | | | | | |
| 2 | <p>Карtridge CD4 – cartridge CD4 (100 шт/уп) – автоматические иммунологические тесты, предназначенные к использованию с флуоресцентным анализатором m-PIMA analyzer, для быстрого количественного измерения in vitro CD3+/CD4+ Т-клеток (Т-хелперов) в капиллярной или венозной цельной крови. Карtridge оснащены устройством для забора 25 µL образца и содержит сухие реагенты, необходимые для выполнения теста. Для снижения рисков контаминации анализатора и других образцов, cartridge CD4 и образцы никогда не контактирует с какими-либо частями анализатора m-PIMA analyzer. После вставки cartridge в анализатор сначала образец перистальтическими движениями транспортируется внутри cartridge в инкубационный отсек, где взаимодействует со специфическими антителами, мечеными двумя флуоресцентными красителями, испускающими свет различных длин волн (краситель 1 и краситель 2). Упаковка cartridge CD4 содержат: • 100 cartridge в индивидуальных алюминиевых упаковках из фольги • 1 инструкцию-иллюстрацию забора образца в cartridge CD4</p> | 10 | 7 900000 | 1 | 7 900000 | | <p>TOO «MEDOPTIMUM»</p> |
| 3 | <p>CD4 – внешний контрольный материал для ежедневного контроля качества (QC), контроля настроек и</p> | 1 | 82 000 | 1 | 82 000 | | <p>TOO «MEDOPTIMUM»</p> |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>функциональности устройства, а также анализа данных флуоресцентного анализатора Alere Pima™. Стандарт состоит из двух готовых к использованию картриджей, [Normal] и [Low] с определенным количеством флуоресцентных частиц. Ежедневный контроль качества следует выполнять перед исследованием образцов пациентов или после любого перемещения флуоресцентного анализатора Alere Pima™. Каждое тестирование занимает примерно 7 минут. Для диагностики in vitro. Является составной частью закрытой системы флуоресцентного анализатора Alere Pima™. Представляют собой сухой стандартный материал, подлежащий повторному использованию. Стандарт сохраняет свои свойства в течение срока, указанного на пакете, при условии сохранности упаковки. Сухой контрольный материал запечатан в каждом картридже. Добавления жидкого реагента или образца не требуется. • 2 картриджа контроля качества в индивидуальной упаковке. • Руководство пользователя</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

При подведении итогов тендера тендерная комиссия руководствовалась постановлением Правительства Республики Казахстан 04.06.2021 года №375 «Правила организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантийного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования фармацевтических услуг» далее - Правила), а также утвержденной Тендерной документацией КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД».

По результатам оценки и сопоставления представленных тендерных заявок Тендерная комиссия решила:

По лотам №1, №2, №3 - признать тендер состоявшимся на основании пункта 74 Параграфа 4 настоящих Правил (Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил).

Заклучить договора со следующим потенциальными поставщиками:

1) ТОО «Halyk Medical Company», г.Алматы, Акмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 458, офис 206. БИН 170340032567 по лоту №1 на общую сумму 1 449 000.00 (один миллион четыреста сорок девять тысяч) тенге, 00 тьин;

2) ТОО «МЕДОПТИМУМ», г.Нур-Султан, проспект Сарыарка,31/2,ВП-32, 11 этаж,
БИН 160640015675 по лотам №2, №3 на общую сумму 7 982 000.00 (семь миллионов
девятьсот восемьдесят две тысячи) тенге, 00 тын.

Протокол об итогах тендера по закупке медицинских изделий разместить на интернет-
ресурсе организатора закупа.

Эксперты не привлекались.

«ЗА» – 4 (четыре) голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Заместитель председателя тендерной комиссии

Чижков А.Г.

Члены тендерной комиссии:

Валиева И.Е.

Феофилактова Ю.В.

Нурмагамбетова Г.У

Секретарь тендерной комиссии:

Воронкова Ж. Д.

