

№ 11 хабарландырубойынша №3 хаттама

Қостанай облысы әкімдігiден саулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ЖИТС-тыналдыналу және оған қарсы күрес жөнiндегi орталығы" КМК медициналық бұйымдарды сатыпалу бойынша тендердiң қорытындылары туралы.

Қостанай қ.

2022 жыл 19 сәуір

Тендерлік комиссия келесі құрамда:

А.Г.Чижков – бас дәрігердің орынбасарының; Валиева И. Е. – бас бухгалтер, тендерлік комиссияның мүшесі; Ю.В.Феофилактова – дәрігер-зертханашы; Г.У. Нурмагамбетова – заңгер-келесші; Ж.Д. Воронкова – бухгалтер.

Күзембаев Марат Серікбайұлы – бас дәрігер, тендерлік комиссияның төрағасы; жоқ бұйрық негізінде №88-Л/06.04.2022 ж. "еңбек демалысын беру туралы".

Тендерлік комиссияның отырысы 04.06.2021 ж. ҚР ПП 375 8-тарауының 45-тармағының негізінде жалпы санының кемінде үштен екісі қатысу шартымен өтеді және өткізіледі.

Тапсырыс беруші тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізбеген.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсіміне әлеуетті өнім берушілердің өкілдері қатысқан жоқ..

Лоттар бойынша сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы, бірлік бағасы және сомасы:

лот №	Атауы	Бірлік үшін бағасы	Сомма, тенге
1	«Стандарт ВИЧ-1 АГ р24(+)) реагенттер жиынтығы. Стандартты биологиялық материал. 1 типті адамның иммун тапшылығы вирусына р24 антигені бар стандартты биологиялық материал.	10	1 450 000,00
2	CD4 – картридждер CD4 (100 дана/қап)	10	7 900 000,00
3	CD4 Test bead standard - бақылау картридждері қалыпты өлшеуге арналған флуоресцентті микротүйіршіктер және төмен деңгейдегі CD4.	1	82 000,00

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді келесі әлеуетті жеткізушілер ұсынды:

№	Өнім берушінің атауы, мекенжайы	Өтінімді беру күні және уақыты
1	"Halyk Medical Company" ЖШС, Алматы қ., Ақмола ауданы, Сейфуллин даңғылы, 458 үй, 206 кеңсе	11.04.2022 жыл 09 сағат 00 минут
2	"МЕДОПТИМУМ" ЖШС, Нұр-сұлтан қ., Сарыарқа даңғылы, 31/2, ВП-32, 11 қабат	14.04.2022 жыл 12 сағат 05 минут

Әлеуетті жеткізушілер ұсынған баға ұсыныстары және тендерлік өтінімдерді салыстыру:

№	ММБ техникалық ерекшелігі	саны	Лот бойынша жалпы сомма	Берілге тапсырыс саны	Жалпы сомасы лот бойынша	Өнім берушінің атауы
1	АИТВ-1 АГ р24 (+)) стандарты-ақ түсті құрғақ кеуекті масса. Реагент 1 ашық сары түсті құрғақ кеуекті масса. Панельдің лиофилизацияланған үлгілері атмосфералық қысым кезінде оларды қорғау газымен (азотпен) толтырғаннан кейін құтыда ГЕРМЕТИЗАЦИЯЛАНУЫ тиіс. Әрбір бақылаудағы сарысу көлемі 1.0+-0.020. Тұнбасы жоқ мөлдір түссіз немесе ашық сары түсті	10	1 450 000	1	1 449 000	"Halyk Medical Company" ЖШС



	<p>реагенттер опалесценцияға жол беріледі. «АИТВ-1 АГ р24 (+) стандарты» құрамында 200 пг/мл концентрациядағы рекомбинантты р24 (АИТВ-1) антигені бар, «ANTIGEN STANDART HIV 1» стандарты бойынша оттиттелген. АИТВ-1 АГ Р24 (+) регидратталған стандарты» р24 (ВИЧ1) антигенін анықтау үшін иммуноферментті тест-жүйелерде оң реакция береді. Реагенті- құрамында р24 (АИТВ 1) антигені, АИТВ 1,2 антиденелері, В гепатиті вирусына беттік антиген, С гепатиті вирусына антиденелер, Treponema Pallidum антиденелері жоқ. Р24 (АИТВ1) антигенін анықтау үшін иммуноферменттік тест-жүйелерде теріс реакция береді, 3 сағат ішінде 56° С кезінде инактивацияланған. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Құрғақ жерде 2-ден 8 °С-қа дейінгі температурада сақтау шарттары. 2-ден 8 °С-қа дейінгі температурада тасымалдау. Тоназытуға жол берілмейді.</p>								
2	<p>CD4 картридждері – CD4 картридждері (100 дана/ун) – капиллярлық немесе веноздық тұтас қандағы $invitro$ CD3+CD4+ T-жасушаларды (Т-хелперлерді) жылдам сандық өлшеу үшін M-PIMA analyzer флуоресцентті талдаушымен пайдалануға арналған автоматты иммунологиялық сынақтар. картридждер тестілеуді орындау үшін қажет 25 μL үлгілі және құрғақ реагенттері бар құрылғылармен қамтылған. Анализатордың және басқа үлгілердің контоминация қаупін азайту үшін CD4 картридждері мен үлгілері m-PIMA analyzer анализаторының кез-келген бөлігімен ешқашан байланыста болмайды. Картриджді анализаторға енгізгеннен кейін, алдымен үлгіні перистальтикалық қозғалыстармен картридж ішінде инкубация бөліміне тасымалдайды, онда ол әртүрлі толқын ұзындығында жарық шығаратын екі флуоресцентті бояғышпен белгіленген нақты антиденелермен әрекеттеседі (бояғыш 1 және бояғыш 2). Картриджінің қаптамасы құрайды: Фольгадан жасалған жеке алюминий қаптамадағы 100 картридж. Картриджіне үлгіні алудың I иллюстрация-нұсқаулығы</p>	10	7 900 000	1		7 900 000			"MEDOP TIMUM" ЖШС
3	<p>CD4 -күнделікті сапаны бақылауға (QC), құрылғының параметрлері мен</p>	1	82 000	1		82 000			"MEDOP TIMUM"

<p>функционалдығын бақылауға, сондай-ақ Alere PimaTM флуоресцентті анализаторының деректерін талдауға арналған сыртқы бақылау материалы. Стандарт флуоресцентті бөлшектердің белгілі бір саны бар [қалыпты] және [төмен] пайдалануға дайын екі картриджден тұрады. Күнделікті сапаны бақылауды пациенттердің үлгілерін зерттемес бұрын немесе Alere PimaTM флуоресцентті анализаторының кез-келген қозғалысынан кейін жүргізу керек. Әр тестілеу шамамен 7 минутты алады. In vitro диагностикасы үшін, Alere PimaTM жабық флуоресцентті анализатор жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. қайта пайдалануға болатын құрғақ стандартты материал. Стандарт қаптаманың сақталуы жағдайында пакетте көрсетілген мерзім ішінде өзінің қасиеттерін сақтайды. Құрғақ бақылау материалы әр картриджінде мөрленген. Сұйық реагент немесе үлгіні қосу қажет емес. Жеке қаптамадағы сапаны бақылаудың 2 картриджі, пайдаланушы нұсқаулығы.</p>					ЖШС
--	--	--	--	--	-----

Тендер қорытындыларын шығару кезінде тендерлік комиссия Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04.06. № 375 "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары" ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы" ҚМК бекітілген тендерлік құжаттамасын басшылыққа алды.

Ұсынылған тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша тендерлік комиссия шешімі:

Лоттар бойынша №1, №2, №3, №4 осы Ереженің 4-параграфының 74-тармағының негізінде тендер өтті деп танылсын (Тендер жеңімпазы тендерлік өтінімдері хабарландыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келеді деп танылған әлеуетті өнім берушілер арасында ең төмен баға ұсынысының негізінде айқындалады. Лот бойынша бәсекелестік болмаған кезде немесе лот бойынша бәсекелестердің тендерлік өтінімдері қабылданбаған кезде тендерлік өтінімін тендерлік комиссия хабарландыру шарттары мен осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін жалғыз өтінім деп таныған әлеуетті өнім беруші тендер жеңімпазы деп танылады).

Мынадай әлеуетті өнім берушілермен шарт жасасу:

- 1) Halyk Medical Company" ЖШС, Алматы қ., Ақмола ауданы, Сейфуллин даңғылы, 458 үй, 206 кеңсе BСN 170340032567 лот бойынша №1 жалпы сомасы 1 449 000.00 (бір миллион төрт жүз қырық тоғыз мың) теңге, 00 тиын;

2) "МЕДОПТИМУМ" ЖШС, Нұр-сұлтан қ., Сарыарқа даңғылы, 31/2, ВП-32, 11 қабат БСН 160640015675 лоттар бойынша №2, №3 жалпы сомасы 7 982 000.00 (жеті миллион тоғыз жүз сексен екі мың).

Медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендердің қорытындылары туралы хаттаманы сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырсын.

Сарапшылар тартылған жоқ.

«ИЯ» – 4 (төрт) дауыс. «ҚАРСЫ» - 0 дауыс; «Қалыс қалғандар» - 0 дауыс.

Тендерлік комиссия төрағасының орынбасары



А.Г.Чижков

Тендерлік комиссияның мүшелері:



И.Е. Валиева



Ю.В.Феофилактова



Г.У. Нурмагамбетова

Тендерлік комиссияның хатшысы:



Ж. Д. Воронкова