

**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілмен
медициналық бұйымдарды сатып алу жөніндегі
№19 хабарландыру бойынша қорытынды хаттама**

Қостанай қ.

14 шілде 2020 ж.

1. Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК мемлекеттік сатып алудың тапсырыс берушісі "Дерлік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесі" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 мамырдағы №347 қаулысына өзгерістер енгізу туралы...» (бұдан әрі мәтін бойынша -Қағида) Қаулысына сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарды сатып алуды өткізді:

Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу күні 13 шілде 2020 жыл 10 сағат 05 минут.

2. Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсіміне әлеуетті өнім берушілер немесе олардың уәкілетті өкілдері қатысқан жоқ

3. Сатып алынатын тауарлардың қысқаша сипаттамасы және бағасы:

Лот №	Тауардың атауы	Өлш бір.	Саны	Сома, теңге
1	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест-жүйе.	жинақ	10	170 000
2	С гепатиті вирусының антиденелерін анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйе.	жинақ	25	425 000

4. Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды:

№	Тауар атауы	өлшем бірлігі	Сатып алу көлемі	Сатып алуға бөлінген сома	Жеткізушінің жалпы сомасы	Өтінімді беру күнімен уақыты	Жеткізушінің атауы
1	Тауар атауы Техникалық сипаттамасы В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест-жүйе. Тест форматы-96 анықтамадан кем емес, планшет стриптерге дейін және ойыққа дейін жиналмалы, талданатын үлгінің саны-150 мкл-ден артық емес, тест сезімталдығы – HBsAg ең аз анықталатын концентрациясы-0,1 МЕ/мл, реакция уақыты инкубацияның жалпы уақытының 2 сағатынан артық емес. К+2 тұрақтылығы - ерігеннен кейін К+2 регидратирленген реагент +18-ден +24 °С дейінгі температурада кемінде 6 сағат тұрақты. Коньюгаттың жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы-коньюгаттың жұмыс ерітіндісі 18-ден 24 °С дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде 12 сағ. кем емес тұрақты. Реагенттердің түс қолтауы. Талдау жүргізу кезеңдерінің спектрофотометрикалық верификациясының болуы, ашық үлгідегі анализаторларда қолмен қою және автоматты қою мүмкіндігі. Тест-жүйенің жарамдылық мерзімі 24 айдан кем емес. ҚР тіркеу куәлігінің болуы. Қолдану жөніндегі бекітілген нұсқаулықтың болуы.	жинақ	10	170 000	157 350,00	10.07. 2020ж 12:00.	«Юнитэк-М» ЖШС
2	С гепатиті вирусының антиденелерін анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйе. Тест форматы-96 анықтамадан кем емес, планшет стриптерге дейін және ойыққа дейін жиналмалы, талданатын үлгінің саны-100 мкл-ден артық емес, диагностикалық сезімталдық 99,5% - дан жоғары, ерекшелігі-99,5% - дан жоғары, жаңғыртылу - вариация	жинақ	25	425 000	393 375,00	10.07. 2020ж 12:00.	«Юнитэк-М» ЖШС



