

Протокол № 3 по объявлению №20

об итогах тендера по закупу медицинских изделий КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗАКО.

г. Костанай

02 ноября 2022 г.

Тендерная комиссия в следующем составе:

Чижек А.Г. – заместитель главного врача, председатель тендерной комиссии; Койшыманов Т.Т. – и.о. заведующего диагностической лаборатории, член тендерной комиссии; Нурмагамбетова Г.У. – юрисконсульт, член тендерной комиссии; Воронкова Ж.Д. – бухгалтер, секретарь тендерной комиссии.

Заказчиком изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками не присутствовали представители потенциальных поставщиков.

Замечаний, претензий, предложений по ведению процедуры вскрытия конвертов у присутствующих не было.

Наименование, цена за единицу и сумма закупаемых медицинских изделий по лотам:

№ лота	Наименование	Кол-во	Сумма, тенге
1	Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1, набор диагностический, (480 тестов).	20	2 156 000

Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие поставщики:

№	Наименование поставщика, адрес	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «Hydramed», г. Нур-Султан, район Алматы, улица Бейімбет Майлин, дом 11 БИН 140540009099	28.10.2022года 15 часов 30 м
2	ТОО «Halyk Medikal Company», г.Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 458, офис206, БИН 170340032567	28.10.2022года 15 часов 30 м

Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления тендерных заявок:

№	Наименование ИМН	Ко л-во	Общая сумма по лоту	Кол-во поданный заявок	Заявленная общая сумма поставщика по лоту	Наименование поставщика
1	Формат теста – не менее 480 определений (96x5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок). Одностадийный формат теста (одновременная инкубация образцов с растворами конъюгатов без стадии промывки). Один цикл промывок планшета в ходе постановки анализа. Инкубация с ТМБ-субстратным раствором при комнатной температуре. Объем внесения стоп-реагента в лунку рабочего планшета не менее 150 мкл. Коэффициент для расчета ОП критического 0,25. Количество анализируемого образца: не более 70мкл. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Чувствительность 100%. Специфичность на случайной выборке	20	2 156000	2	2 156 000	ТОО «Hydramed»
					2 154 000	ТОО «Halyk Medikal Company»

<p>доноров (не менее 5000 доноров) - выше 99,9%. Чувствительность набора при определении антигена (p24) ВИЧ-1 – 10пг/мл. Возможность проведения 480 (пять разборных планшетов) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу и по одной лунки) использования набора или для одновременной постановки 480 (96x5) определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа. Длительность анализа не более 85 мин. Учет результатов при 450/620-680 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны – 450 нм. Внутрисерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 8%. Межсерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 10%. Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора не менее 28 дней при хранении при температуре от +2С до +8С, при температуре от +18С до +25С не менее 14 суток. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-1 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 30 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-2 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 14 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. Стабильность приготовленного рабочего раствора субстратной смеси при температуре от +18С до +25С не менее 10 часов. Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев. Транспортирование наборов должно производиться при температуре от +2С до +8С. Наличие склада для хранения тест-наборов, наличие товара не менее 50 наборов и возможность тест - наборы оставлять на ответственном хранении до востребования, доставка с соблюдением «Холодовой цепи», наличие регистрационного удостоверения РК, наличие сертификата CE, наличие утвержденной инструкции по применению.</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

При подведении итогов тендера тендерная комиссия руководствовалась постановлением Правительства Республики Казахстан 04.06.2021года №375 «Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» далее - Правила), а также утвержденной

Тендерной документацией КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД».

По результатам оценки и сопоставления представленных тендерных заявок Тендерная комиссия решила:

По лоту №1 - признать тендер состоявшимся на основании пункта 130-43 Параграфа 4 настоящих Правил (Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил).

Заклучить договора со следующим потенциальным поставщиком:

1) ТОО «Nalyk Medikal Company», г.Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 458, офис 206, БИН 170340032567 по лоту №1 на общую сумму 2 154 000.00 (два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи) тенге, 00 тиын;

Протокол об итогах тендера по закупке медицинских изделий разместить на интернет-ресурсе организатора закупа.

Эксперты не привлекались.

«ЗА» – 3 (уш) голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Председатель тендерной комиссии:



Чижков А.Г.

Члены тендерной комиссии:



Койшыманов Т.Т.



Нурмагамбетова Г.У.

Секретарь тендерной комиссии:



Воронкова Ж. Д.