

**№ 17 хабарландыру бойынша №3 хаттама**

Қостанай облысы әкімдігінен саулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ЖИТС-тыңалдыналу және оған қарсы күрес жөніндегі орталығы" КМК медициналық бұйымдарды сатыпалу бойынша тендердің қорытындылары туралы.

Қостанай қ.

2023 жыл 1 шілде

Тендерлік комиссия келесі құрамда:

М.В. Шевырева – бас дәрігер орынбасарының м. а., тендерлік комиссияның төрағасы; Хайбуллина Е. Б. – диагностикалық зертхана меңгерушісінің м. а, тендерлік комиссияның мүшесі; Ж.Д. Воронкова – бухгалтер.

Тендерлік комиссияның мүшесі: Жарасбасв Руслан Жұмабекұлы «Еңбек демалысын беру туралы» 15.06.2023 № 116-Ж бұйрығы негізінде жоқ.

Тендерлік комиссияның отырысы 130-14 тармақ негізінде өтеді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысының (Тендерлік комиссияның отырысы жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан жағдайда өткізіледі. Тендерлік комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады және егер оған қатысатын комиссия мүшелерінің жалпы санының жай көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда тендерлік комиссияның төрағасы, ал ол болмаған жағдайда - тендерлік комиссия төрағасының орынбасары дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі).

Тапсырыс беруші тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізбеген.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсіміне әлеуетті өнім берушілердің өкілдері қатысқан жоқ..

**Лоттар бойынша сатып алынатын медициналық бұйымдардың атауы, бірлік бағасы және сомасы:**

Лот №	Атауы	Бірлік үшін бағасы	Сомма, теңге
1	Адамның қан сарысуында немесе плазмасында <i>Treponema pallidum</i> антиденені анықтауға арналған иммуноферменттік тес-жүйе, қорапта 96 анықтаулар	5	507000
2	Адамның қан сарысуында немесе плазмасында вирусты гепатит С-ға антиденені анықтауға арналған иммуноферменттік тес-жүйе 96 анықтаулар	3	648000
3	Адамның қан сарысуында немесе плазмасында 1-типті (ЛИТВ-1, Огобының ЛИТВ-1) және 2-типті (ЛИТВ-2) адамның иммун тапшылығы вирусына антиденені анықтауға арналған иммуноферменттік тес-жүйе 480 анықтау үшін	10	3120000

**Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді келесі әлеуетті жеткізушілер ұсынды:**

№	Өнім берушінің атауы, мекенжайы	Өтінімді беру күні және уақыты
1	«LabMedTech» ЖШС, Астана қаласы, Шұбар тұрғын алабы, Кошек Батыр көшесі, 5 үй. БСН 200240024719	26.06.2023 жыл 13 сағат 12 минут

**Әлеуетті жеткізушілер ұсынған баға ұсыныстары және тендерлік өтінімдерді салыстыру:**

№	ММБ техникалық ерекшелігі	саны	Лот бойынша жалпы сомма	Берілге тапсырыс саны	Жалпы сомасы лот бойынша	Өнім берушінің атауы
1	Имуноферменттік талдау әдісімен адамның қан сарысуында және плазмасында <i>Treponema pallidum</i> -ға сомалық антиденені in vitro анықтау үшін арналған реагенттер жиіпағы. Инкубация саны: - бірінші-30 мин. 370С - екінші- 60 мин. 370С - үшінші-30 мин. 370С. Екі жуу кезеңі, әр кезең 5 жуудан тұрады және 500 мкл	5	507000	1	502000	«LabMedTech» ЖШС

<p>жуу сұйықтығын пайдаланады. Диагностикалық сезімталдық - 100.0% кем емес, ал нәтижелік ерекшелігі - &gt;99.95%. Үлгі үшін сұйылтқыштың көлемі 50 мкл-ден аспайды, үлгінің көлемі 50 мкл-ден аспайды. Ішкі бақылау деректері: - Теріс бақылаудың орташа мәні ОП(К-) - 0.15-тен кем болуы тиіс. - Оң бақылаудың оптикалық тығыздығының мәні ОП(к+) ОП(К-) мәнінен 0.8-ге артық болуы тиіс. Реакцияны қоюдың барлық кезеңдерін бақылау және үлгіні (SAM) қосуды бақылау үшін түрлі-түсті индикатор жүйесі бар. ҚР-да тіркелу.</p>					
<p>2 Иммуноферменттік талдау әдісімен КҚҚГ адамның қан сарысуында немесе плазмасында вирусты гепатит С-ға антигені анықтауға арналған реагенттер жинағы. Жинақтың құрамы: 1. Тазартылған ВГС 1 антигендерімен қаңталған 96 ойықшалы планшет немесе 5 планшет; 2. Құрамында КРС-тан алынған ақуыздар бар үлгіні сұйылтқыш, 0.05% Бронидокс® және консерванттар ретінде азот сутегі қышқылының 0.1% натрий тұзы. Көлемі: 20 мл немесе 100 мл буфер; 3. Теріс бақылау сынағы. Бір құтыда бұқа ақуызының буферлік ерітіндісінде ерітілген 0,8 мл қалыңты адам сарысуы бар. Құрамында консервант ретінде 0.05% Бронидокс® бар; 4. Вирусты гепатитке антигенінің оң бақылау сынағы. Бір құтыда 0,6 мл инактивацияланған адам сарысуы бар, оның құрамында бұқа ақуызының буферлік ерітіндісінде ерітілген ВГС антигенелері бар. Құрамында консервант ретінде 0.05% Бронидокс® бар; 5. Конъюгат сұйылтқышында консервант ретінде 0.05% Bronidox® бұқа ақуызы мен бейорганикалық тұздардан тұратын 20 мл буфер бар. 1 немесе 3 құты; 6. Конъюгат құрамында бұқа ақуызының негізінде адамның IgG-ге сублимацияланған пероксидаза-таңбаланған тышқан моноклопальды антигенелері бар, 1 немесе 3 құты; 7. Субстрат сұйылтқышы, түссіз сұйықтық, 35 мл-нан 1 құты; 8. Субстрат концентраты, 35 мл-нан 1 құты; 9. Жуу сұйықтығы 125 мл-нан 1 құты немесе 2 құты. Еуропалық Одақтың Директивасымен in-vitro диагностикасына (IVD) қолдануға мақұлданған. Диагностикалық сезімталдық - 100.0% кем емес, ал нәтижелік ерекшелігі - 99,91% кем емес. Үлгі үшін дилюенттің көлемі 180 мкл-ден аспайды, үлгінің көлемі 20 мкл-ден аспайды. Екі жуу кезеңі, әр кезең 5 жуудан тұрады. Әр жууда 500 мкл жуу сұйықтығын пайдалану. Инкубация</p>	3	648000	1	645000	«LabMed Tech» ЖШС

am  


	саны: - бірінші -1 сағ. 370С - екінші - 30 мин. 370С - үшінші -30 мин. 370С Ішкі бақылау деректері:- Теріс бақылаудың орташа мәні ОІ(К-) - 0.25-тен кем болуы тиіс. Оң бақылаудың оптикалық тығыздығының мәні ОІ(к+) ОІ(К-) мәнінен 0.8-ге артық болуы тиіс.Реакцияны қоюдың барлық кезеңдерін бақылау үшін түрлі-түсті индикатор жүйесі бар					
3	Иммуноферменттік талдау әдісімен адамның қап сарысуында және плазмасында 1- типті (ЛИТВ-1, О тобының ЛИТВ-1) және 2-типті (ЛИТВ-2) адамның иммун ташпылығы вирусына антиденені in vitro анықтау үшін арналған реагенттер жинағы.Синтетикалық пептид (ЛИТВ-О) және ЛИТВ-1 және ЛИТВ -2 ENV рекомбинантты ақуыздары және ЛИТВ-1 GAG антигені қолданылады. Еуропалық Одақтың Директивасымен in-vitro диагностикасына (IVD) қолдануға мақұлданған. Диагностикалық сезімталдық - 100.0% кем емес, ал нәтижелік ерекшелігі - 99,91% кем емес. Үлгі үшін дилюценттің көлемі 50 мкл-ден аспайды, үлгінің көлемі 50 мкл-ден аспайды. Инкубация саны: - бірінші-30 мин. 370С - екінші- 30 мин. 370С - үшінші-30 мин. 370С Ішкі бақылау деректері: - Теріс бақылаудың орташа мәні ОІ(К-) - 0.3-тен кем болуы тиіс. Оң бақылаудың оптикалық тығыздығының мәні ОІ(к+) ОІ(К-) мәнінен 0.8-ге артық болуы тиіс. Реакцияны қоюдың барлық кезеңдерін бақылау үшін түрлі-түсті индикатор жүйесі бар.	10	3120000	1	3110000	«LabMed Tech» ЖШС

Тендер қорытындысын шығару кезінде тендерлік комиссия "тергеу изоляторлары мен қылмыстық атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 04.06.2021 жылғы №375 қаулысын басшылыққа алды, бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылған" бұдан әрі - ереже), сондай-ақ "ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы"КМК бекітілген тендерлік құжаттамасымен.

Ұсынылған тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша: тендерлік комиссия осы Қағидалардың 9-1-тарауы 130-39-тармағының 1) тармақшасының негізінде «LabMedTech» ЖШС өнім берушісінен тендерлік өтінімдерді тұтастай қабылдамайды (осы Қағидалардың талаптарына сәйкес тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді ұсынбау). Осы тендер бойынша Медициналық бұйымдарды сатып алуға бөлінген соманың 1 (бір) пайызы молшеріндегі кепілдік қамтамасыз ету сомасы 42750 (қырық екі мың жеті жүз елу) теңгені, 00тинді құрайды, ал әлеуетті өнім беруші 22.06.2023 жылғы №391 42570 (қырық екі мың бес жүз жетпіс) теңге, 00 тиын сомасына төлем тапсырмасын ұсынды.

**Тендерлік комиссия ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

№1, №2, №3 лоттар бойынша - осы Қағидалардың 130-42-тармағының 2) тармақшасының негізінде тендер өткізілмеді деп танылсын (элеустті өнім берушілердің барлық тендерлік өтінімдерін қабылдамау).

Медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендердің қорытындылары туралы хаттаманы сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырсын.


Сарапшылар тартылған жоқ.

«ИЯ» – 2 (екі) дауыс. «ҚАРСЫ» - 0 дауыс; «Қалыс қалғандар» - 0 дауыс.

Тендерлік комиссияның төрағасы

Тендерлік комиссияның мүшелері:

Тендерлік комиссияның хатшысы:



М.В. Шевырева

Е.Б. Хайбуллина

Ж. Д. Воронкова