

Протокол
о проведении закупа изделий медицинского назначения
способом из одного источника, на основании подпункта 5) пункта 116 главы 11
постановления Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 347 «Правила
организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и
фармацевтических услуг».

г. Костанай

12 ноября 2020 г.

Комиссия в следующем составе:

Кузембаев М.С. – главный врач,

Жаманова А.И. –заместитель главного врача,

Валиева И. Е. – главный бухгалтер;

Қойшыманов Т.Т. – и.о. заведующего диагностической лабораторией;

Нурмагамбетова Г.У. – юристконсульт;

Воронкова Ж.Д. – бухгалтер, секретарь комиссии.

Постановила:

Согласно пп.5 п. 114 главы 10 Постановление Правительства РК №908 от 29 декабря 2016 года «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» и пп.5 п. 116 главы 11 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 347 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» (имеется потребность в дополнительном объеме товаров, фармацевтических услуг в том же финансовом году. При этом, цена на товар или фармацевтическую услугу не должна превышать цены, по которой приобретены товар либо фармацевтическая услуга в том же финансовом году. В случае осуществления закупа у того же поставщика, с которым заключены договор закупа или на оказание фармацевтических услуг в том же финансовом году, в заключенный договор вносятся соответствующие изменения и подтверждение соответствия требованиям глав 3 и 4 не требуется. Под дополнительным объемом фармацевтических услуг понимается увеличение количества лекарственных средств, медицинских изделий, предусмотренных в договоре на оказание фармацевтических услуг, которые сопровождаются фармацевтической услугой (при неизменности цены, торгового наименования, дозировки и качества). Внести изменения в заключенный договор № 29 от 20.07.2020 г. с ТОО «Юнитэк-М», закуп способом проведения запроса ценовых предложений по запуску медицинских изделий, связанной с увеличением в потребности в объеме приобретаемых товаров.

1. ТОО «Юнитэк-М» предоставил следующие ценовое предложение для закупа товара:

№ лота	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Срок поставки
1	Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В.	Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В. Формат теста – не менее 96 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок, количество анализируемого образца – не более 150 мкл, чувствительность теста - минимальная определяемая концентрация HBsAg – 0,1 МЕ/мл, время реакции не более 2-х часов общего времени инкубации. Стабильность К+2 - регидратированный реагент К+2 после растворения стабилен не менее 6 ч при температуре от +18 до +24 °С. Стабильность Рабочего раствора конъюгата - рабочий раствор конъюгата стабилен не менее 12 ч в защищённом от света месте при температуре от 18 до 24 °С. Цветовая кодировка реагентов. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа, возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа. Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения РК.	набор	25	15735	393375	30 кале



