

**Протокол итогов по объявлению №29  
по закупку изделий медицинского назначения  
способом запроса ценовых предложений**

г. Костанай  
24 ноября 2020 года

1. Заказчик государственных закупок КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, согласно Постановления Правительства Казахстана от 30.05.2019 года №347 «Правила организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» (Далее по тексту – Правила) провел закупку товара способом запроса ценовых предложений.

Дата вскрытия конвертов с ценовыми предложениями 24 ноября 2020 года в 10 часов 05 минут.

2. В процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ лота	Наименование товара	Ед. изм	Объем закупки	Сумма закупки
1	Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека в наборе 96 определений.	набор	25	550 000,00
2	Реагенты диагностические к анализатору мочи моделей Н-100,Н-300,Н-500 DIRUI. 100 штук в упаковке.	набор	25	223 650,00

4. Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:

№ лота	Наименование товара Техническая характеристика	Ед. изм	Объем закупки	Выделенная сумма для закупки	Общая сумма поставки	Дата и время подачи заявки	Наименование поставщика
1	Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Треропета pallidum в сыворотке и плазме крови человека. Количество выполняемых тестов не менее 96 шт. Формат теста - двухстадийный (включает 2 цикла промывок планшета: после внесения образцов и после внесения конъюгата). Количество анализируемого образца не более 100 мкл. Специфичность теста, оцененная на случайной выборке доноров (не менее 5000 образцов) выше 99,5%. Специфичность теста, оцененная на выборке пациентов с не связанными с сифилисом заболеваниями выше 98,0 %. Время реакции не более 120 минут общего времени инкубации. Готовый к применению контрольный образец антител не менее 1,5 мл. Готовый к применению контрольный отрицательный образец не менее 2,5 мл. Стабильность рабочих растворов конъюгата и хромоген-субстратной смеси не менее 6 часов. Стабильность рабочего раствора промывочного реагента не менее 14 суток	набор	25	550 000	546 750	23.11.2020 Г 10:05.	ТОО «LabTestDiagnostics»
					550 000	23.11.2020 Г 10:06.	ТОО «DENSAULYQ Life»

  
 Алмажанов  
  
 Ульму  


2	Тестируемые Параметры: Уробилиноген, Билирубин, Кетоны, Креатинин, Кровь, Белок, Микроальбумин, Нитриты, Лейкоциты, Глюкоза, Удельный вес, рН, Аскорбиновая кислота. Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие утвержденной инструкции по применению.	наб ор	25	223 650	222 500	23.11.2020 г 10:05.	ТОО «LabTestDiagnos- tics»
						23.11.2020 г 10:06.	ТОО «DENSAULYQ Life»

5. По лотам №1, №2 - признать закуп состоявшимся, в соответствии с пунктом 112 главы 10 Правил. Определить победителя по лотам и заключить договор со следующим поставщиком:

1) ТОО «LabTestDiagnostics», БИН 131040012349, г. Алматы, ул. Земнухова 19а - по лотам №1, №2 на общую сумму **769 250,00 тенге**;

6. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №347 от 30.05.2019г. главы 10 пункта 113 победитель предоставляет организатору закула в течение десяти календарных дней со дня признания победителем соответствующие квалификационные требования.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся

7. Разместить протокол итогов закула способом запроса ценовых предложений на интернет-ресурсе Заказчика.

**Члены комиссии:**

Кузембаев М.С.




Жаманова А.И.



Валиева И.Е.



Қойшыманов Т.Т.



Нурмагамбетова Г.У.



Воронкова Ж.Д.




Секретарь комиссии: